



## COMUNICADO

### PREGÃO 088/2019

O Município de Paty do Alferes torna público que fará realizar licitação, modalidade Pregão Presencial.

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE SAÚDE.**

**Nova Data e Local:** 25 de novembro de 2019, às 11:00 horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes, à Rua Sebastião de Lacerda, n.º 35 – Centro, nesta cidade.

**Edital disponível na íntegra no site oficial do Município:**  
[www.patydoalferes.rj.gov.br](http://www.patydoalferes.rj.gov.br).

Informações pelo telefone (24) 2485 – 1234, ramal 2205 e na sala da Divisão de Licitações e Contratos, à Rua Sebastião de Lacerda, 35 - Centro – Paty do Alferes, no horário 12 as 18 horas ou e-mail: [dilicon.pmpa@gmail.com](mailto:dilicon.pmpa@gmail.com)

Paty do Alferes, 08 de novembro de 2019.

**DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**



**PREGÃO N.º 088/2019**

**EDITAL**

O MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, torna público para conhecimento dos interessados que no dia **25 de novembro de 2019, às 11:00 horas**, a Comissão de Pregão nomeada pela Portaria n.º 212/2019 – GP de 02 de abril de 2019, da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes, com sede à Rua Sebastião de Lacerda, n.º 35, Centro, nesta cidade, receberá e abrirá as propostas referentes ao Pregão Presencial n.º **088/2019**, do tipo **menor preço por item**, em decorrência da autorização do gestor das despesas no Processo n.º **9477/2018**, observando-se o disposto nas Leis Federais n.º 8.666/93, 10.520/02 e LC 123/06 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal n.º 2.348/06 e alterações posteriores e as disposições previstas no presente EDITAL e seus anexos que são partes integrantes do presente.

**1- OBJETO DA LICITAÇÃO:**

1.1 - A presente Licitação tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE SAÚDE**, conforme solicitação do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência, na Proposta Detalhe e conforme o Programa de Trabalho abaixo:

ÓRGÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS
29 – Fundo Municipal de Saúde	29.01.10.301.0010.1171 3449052000000.0082	82 – Capital em Sistema Único de Saúde
	29.01.10.301.0010.1170 3449052000000.0082	
	29.01.10.301.0010.1172 3449052000000.0082	
	29.01.10.301.0010.1173 3449052000000.0082	15 - Royalties
	29.01.10.301.0010.1176 3449052000000.0082	
	29.01.10.301.0010.1174 3449052000000.0082	
	29.01.10.301.0012.2284 3449052000000.0015	

**2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:**



2.1 – Só Poderão participar desta licitação as empresas que tiverem ramo de atividade compatível com o objeto licitado, que será comprovado através do objeto do contrato social, no momento oportuno.

2.2 - Não poderão participar os licitantes que se encontrem sob regime de recuperação judicial, dissolução, liquidação, as empresas estrangeiras que não funcionem no País, as empresas suspensas do direito de licitar no prazo e nas condições do impedimento e as declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública no prazo que perdurar tal punição.

### **3 - DO CREDENCIAMENTO:**

3.1 - As empresas participantes poderão ser representadas na sessão do pregão por seu representante legal, MUNIDO DO ORIGINAL E DE CÓPIA DA SUA CARTEIRA DE IDENTIDADE, OU DE OUTRA EQUIVALENTE, e do documento credencial que lhe dê poderes para formular ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recursos, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

3.1.1 - A documentação mencionada acima deverá ser entregue ao pregoeiro fora de qualquer envelope, antes do início da sessão.

3.1.2 - Entende-se por documento credencial:

a. **estatuto/contrato social**, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b. **procuração ou documento equivalente** da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste pregão, juntamente com **estatuto/contrato social**, identificando/qualificando a pessoa que assinar o documento.

3.1.3 - As sociedades anônimas deverão apresentar cópia da ata da assembléia geral ou da reunião do conselho de administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores, que deverá evidenciar o devido registro na junta comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei 6.404/76 e suas alterações.

3.1.4 - As licitantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador, ressalvada ao pregoeiro a faculdade de limitar esse número a um, se considerar indispensável ao bom andamento das sessões públicas.

3.1.5 - É vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório das licitantes envolvidas.

3.1.6 - Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam munidos dos documentos de credenciamento. A ausência desta documentação implicará a impossibilidade da formulação de lances após a classificação preliminar, bem como a perda do direito de manifestar intenção de recorrer das decisões do pregoeiro, ficando o representante da licitante impedido de se manifestar durante os trabalhos.



3.1.7 – Durante a fase de credenciamento o proponente deverá apresentar também:

- a. Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, na forma do artigo 4.º, inciso VII da Lei Federal n.º 10.520/2002, conforme modelo em anexo.
- b. Declaração de Micro Empresa de Pequeno Porte, assinada pelo representante legal, conforme modelo em anexo.

3.1.8 - A empresa que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não atender ao que exige o edital, poderá ser suspensa de participar de licitação na Prefeitura Municipal de Paty do Alferes pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa.

3.1.9 - Os documentos apresentados para o credenciamento deverão estar em plena validade e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. A exibição do documento original a Comissão do Pregão dispensa a autenticação em cartório.

#### **4 - DOS ENVELOPES:**

4.1 – Após a confirmação dos credenciados pela Comissão de Pregão, será feita a verificação dos 02 (dois) envelopes distintos, contendo, respectivamente, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, devidamente fechados, tamanho aproximado de 240x340mm, constando obrigatoriamente da parte externa de cada um, as seguintes indicações:

ENVELOPE "A" - PROPOSTA DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL N.º 088/2019 RAZÃO SOCIAL	ENVELOPE "B" - HABILITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 088/2019 RAZÃO SOCIAL
---	--

4.2 – Somente será(ão) aberto(s) o(s) envelope(s) de habilitação da(s) licitante(s) que apresentar(em) o menor preço (artigo 28, x, do Decreto Municipal n.º 2.348/2006).

#### **5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS:**

5.1 - A proposta terá que ser preenchida de maneira clara, precisa e expressa em moeda corrente do país (R\$), pela Licitante, sem emendas ou rasuras.

5.2 - A proposta de preços poderá ser preenchida no próprio impresso fornecido por esta Prefeitura ou documento preenchido pela empresa, tendo seus itens idênticos do modelo de proposta em anexo fornecido por esta Prefeitura, sendo em papel timbrado da empresa ou com carimbo do CNPJ, sendo esta documentação sem emendas e/ou rasuras, datada e assinada pelo representante legal, já inclusos todos os custos (diretos e indiretos) e descontos a serem oferecidos.

5.3 – A licitante fica vinculada à Administração pelo preço que constar da proposta vencedora, uma vez proferida o resultado do preço, em hipótese alguma, poderá ser revisto, mesmo que



tenha havido erro na apresentação.

5.4 - Ficará a exclusivo critério da Comissão de Pregão eliminar, parcial ou totalmente, a proposta apresentada com emenda e/ou rasuras, ou seja, qualquer escrita que não possa ser interpretada pela Comissão de Pregão.

5.5 - As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serão verificados quanto a erros, os quais serão corrigidos pelo Pregoeiro da forma seguinte:

5.5.1 - Erro de transcrição das quantidades previstas no edital: o produto será corrigido, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total;

5.5.2 - Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto;

5.5.3 - Na hipótese de erro no preço cotado não será admitida retificação;

5.5.4 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão Presencial.

5.6 - Qualquer esclarecimento poderá ser feito através de carta anexada à proposta, ficando a critério da Comissão de Pregão considerá-la ou não como subsídio para a instrução processual.

5.7 - O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega das mesmas.

5.8 - Não serão aceitas propostas com opções, somente sendo admitidas propostas que ofertem apenas uma marca e preço para o item.

5.9 - Não serão aceitas propostas que contenham ofertas e vantagens não previstas neste ato convocatório ou que estejam em desacordo com as especificações nele exigidas, ou ainda aquelas que ofereçam preços ou vantagens baseadas em ofertas de outros LICITANTES.

5.10- A proposta não poderá cotar quantidades inferiores às estabelecidas no Edital.

## **6 - DA HABILITAÇÃO:**

6.1 – A documentação de habilitação deverá ser apresentada na forma do item 4.

6.2 – Cada licitante deverá, obrigatoriamente, apresentar, tão somente, a seguinte documentação no envelope n.º 02:

### **6.2.1 Habilitação Jurídica:**

a) registro no Registro Público de Empresas Mercantis, em se tratando de empresário individual ou sociedade empresária;

b) registro no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, em se tratando de sociedade simples;

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no órgão correspondente, indicando os atuais responsáveis pela administração;



d) caso os responsáveis não constem no contrato social, documento que indique a responsabilidade pela administração;

e) no caso de sociedades anônimas, cópia da ata da assembléia geral ou da reunião do conselho de administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores, evidenciando o devido registro na junta comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei nº 6.404/76 e suas alterações;

f) cópia do decreto de autorização para que se estabeleçam no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, no caso de empresas ou sociedades estrangeiras.

### **6.2.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista:**

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
- b) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e da Procuradoria – Geral da Fazenda Nacional – PGFN), conforme Portaria MF nº 358/14);
- c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, da sede ou domicílio do licitante (ICMS)
- d) Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa (Procuradoria Geral do Estado - PG-5), somente para as empresas sediadas ou domiciliadas no Estado do Rio de Janeiro;
- e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, da sede ou domicílio do licitante (ISS);
- f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- g) Prova de regularidade com a Justiça Trabalhista (CNDT)

### **6.2.3 Outras Declarações:**

- a) Declaração que a empresa não possui em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, assim como menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (modelo em anexo);
- b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação da empresa (modelo em anexo);
- c) Declaração que recebeu todos os documentos e informações necessárias na forma do artigo 30, III, da Lei Federal n.º 8.666/93 (modelo em anexo);

6.3 – Toda a documentação mencionada nos itens 6.2.1 e 6.2.2, poderá, a critério de cada licitante, ser substituída pela apresentação apenas do CRC (Certificado de Registro Cadastral) emitido por esta Prefeitura.

6.3.1 - Para a devida emissão do CRC, a licitante deverá solicitá-lo junto a esta Prefeitura, devendo todas as exigências para emissão do mesmo estarem sanadas até o dia previsto para sessão, no caso da empresa ainda não ser cadastrada.

6.3.2 – Os já cadastrados, com o CRC dentro da validade, deverão comparecer na Divisão de



Licitações e Contratos para atualizarem suas certidões, dentro do prazo estabelecido no item 6.3.1. Os licitantes que não comparecerem para atualização, cujas certidões arquivadas junto ao cadastro já estiverem com prazo expirado serão inabilitados pelo fato da não comprovação de sua regularidade fiscal.

6.4 – Todos os documentos constantes no relatório de documentação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por publicação em órgão da Imprensa oficial ou ainda por cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência e autenticação pela Comissão de Pregão, conforme artigo 32 da Lei Federal nº 8.666/93.

6.5 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou de solicitação de documentos, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

## **7 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES:**

7.1 - A sessão para o recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação, será pública, dirigida por um Pregoeiro, em conformidade com as legislações pertinentes e na forma do presente Edital e seus anexos.

7.2 - Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, inicia-se a fase de credenciamento e posterior recebimento dos envelopes.

7.3 - Em seguida, serão abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, as quais serão conferidas e rubricadas pela Comissão de Pregão.

## **8- DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

8.1 - Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006 e Lei Municipal nº. 1621 de 25 de novembro de 2010, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, conforme Item 06 deste Edital, mesmo que esta apresente alguma restrição.

8.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública Municipal, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

8.3 - Entende-se o termo declarado vencedor de que trata o parágrafo anterior, o momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

8.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 8.2, implicará preclusão do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração Pública Municipal convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.



8.5 - Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.6 - Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor;

8.7 - Na hipótese de empate real dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem em situação de empate real será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.8 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, em sessão pública, após verificação da documentação de habilitação.

8.9 - O disposto acima somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.10 - No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

## **9 - DO JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO:**

9.1 - A presente licitação é do tipo menor preço por item, sendo que o julgamento das propostas será realizado conforme as quantidades, as especificações, os detalhamentos e as condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos.

9.2 - Quaisquer tributos, custos e despesas, diretas ou indiretas, deverão estar inclusos na Proposta de Preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos a essa, a qualquer título, ou seja, não será considerado pela Comissão de Pregão pedido de alteração, complementação, retificação ou cancelamento, parcial ou total, da proposta apresentada.

9.3 - Serão desclassificadas as Propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus anexos, aquelas manifestamente inexequíveis, bem como as omissas ou as que apresentarem irregularidades ou falhas capazes de dificultar o julgamento. Não será adjudicado o objeto licitado por valor superior à estimativa do órgão requisitante.

9.4 - Será proclamado, pelo Pregoeiro, a licitante que ofertar a Proposta de menor preço por item, para o objeto definido neste Edital e seus anexos, bem como os proponentes cujas propostas apresentem preços até 10% (dez por cento) superiores àquele ou, ainda, as 03 (três) melhores ofertas, conforme o disposto no inciso IX do artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520/2002.

9.5 - Às licitantes proclamadas, conforme item acima, será dada a oportunidade de nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes.





9.6 – Caso duas ou mais propostas escritas apresentem valores iguais, será realizado sorteio para determinação de ordem de oferta dos lances ou, conforme o caso, adotados os procedimentos no subitem 9.6.1.

9.6.1 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, nos termos do art. 44 da lei Complementar nº 123/2006, com valores iguais ou até 5% (cinco por cento) inferiores à proposta de melhor preço, será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, de acordo com o estabelecido do inciso III, art. 45, da Lei Complementar nº 123/06.

9.7 - A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes o Pregoeiro considerar necessário.

9.8- O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para a fase de formulação dos lances verbais, mediante prévia comunicação às licitantes e expressa menção na Ata da Sessão.

9.9 - Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor prevalecendo aquele que for recebido em primeiro lugar.

9.10- Encerrada a etapa competitiva do Pregão, as ofertas para o objeto definido neste Edital e seus anexos serão ordenadas exclusivamente pelo critério de menor preço.

9.11 - O Pregoeiro examinará a aceitabilidade da oferta da primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito.

9.12 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento pela licitante que a tiver formulado, das condições de habilitação, com base na documentação solicitada neste Edital.

9.13 - Constatado o pleno atendimento as exigências editalícias, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto definido neste Edital e seus anexos.

9.14 - Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender as condições de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta aceitável, sendo então a respectiva proposta adjudicada, de acordo com o objeto definido neste Edital e seus anexos.

9.15 – Na situação prevista na cláusula 9.13, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante para que seja obtido preço melhor.

9.16 - Não será admitida desistência dos lances e/ou propostas ofertadas, sujeitando-se a licitante desistente às sanções administrativas constantes neste Edital e na forma da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Pregão.

9.17 - Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências



relevantes e que, ao final, será assinada pela Comissão de Pregão, assim como pelos representantes das licitantes presentes.

9.18 - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento dos requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos, a Proposta será desclassificada.

9.19 - Admitir-se-á, contudo, com o objetivo de melhor instruir o processo, a anexação de carta esclarecedora, desde que solicitada em pronunciamento ou despacho da autoridade competente ou da Comissão de Pregão.

9.20 – O pregoeiro manterá em seu poder os envelopes de habilitação da demais licitantes até a retirada do empenho pela adjudicatária, devendo as referidas licitantes retirá-los no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir dessa data, sendo que depois de expirado este prazo, os mesmos, juntamente com seus conteúdos, serão destruídos.

## **10 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

10.1 - Os pagamentos devidos serão efetuados de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Fazenda, uma vez obedecidas as formalidades legais pertinentes, mediante **CRÉDITO EM CONTA CORRENTE**, devendo o mesmo fornecer dados como: nome e número do banco, nome e número da agência e número da conta corrente.

10.2 - Não havendo nenhum bloqueio por descumprimento de exigências, os créditos em conta corrente serão efetuados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, depois de efetivada a entrega dos materiais, com a competente Nota Fiscal.

10.3 - Quanto a eventual antecipação de pagamento, quando for o caso, dará direito ao **CONTRATANTE** um desconto "*pro rata die*", de 0,033% (trinta e três milésimos por cento), incidente sobre o valor a ser pago, fato este que só poderá ocorrer em caso de exceção, devidamente fundamentado, ouvido obrigatoriamente a Consultoria Jurídica do **CONTRATANTE**.

10.4 – Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa do **CONTRATANTE**, o valor devido será de 0,033%(trinta e três milésimos por cento), por dia de atraso, a título de compensação financeira.

10.5 – O Pagamento do acréscimo a que se refere o item anterior será efetivado mediante autorização expressa do Prefeito Municipal, em processo próprio, que se iniciará com o requerimento da **CONTRATADA** dirigido à Secretaria requisitante.

## **11 - DOS RECURSOS:**

11.1 - Dos atos praticados pelo Pregoeiro decorrentes da presente licitação, cabem recursos administrativos de acordo com o estabelecido no artigo 4.º, inciso XVIII da Lei Federal n.º 10.520/2002.

11.2 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo,



apresentarem contrarrazões em igual número de dias, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis a defesa dos seus interesses.

11.3 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto a intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado à adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

11.4 - Os recursos contra as decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.

11.5 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, em conformidade com o inciso XIX do artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520/2002.

11.6 – Não será admitida a interposição de recurso ou impugnação do Edital, por intermédio de fac-simile ou via e-mail.

## **12 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:**

12.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório.

12.2 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

12.3 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

## **13 - DAS PENALIDADES EM CASO DE INADIMPLEMENTO:**

13.1 - As penalidades, caso sejam necessárias, serão aplicadas de acordo com os artigos 80, 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666/93; mediante procedimento administrativo previsto no Decreto Municipal nº3395/11.

13.2 - A Licitante que deixar de cumprir o compromisso assumido sofrerá multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, independentemente da aplicação das demais penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

13.3 - A Licitante ficará sujeita à multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), incidente sobre o valor total da licitação, por possível atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual.

13.4 – A licitante ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento), na hipótese de inexecução parcial do contrato, sobre o valor correspondente ao montante não adimplido.

13.5 - A **CONTRATADA** ficará sujeita à suspensão temporária de participar das licitações no Município, por prazo a ser determinado pela autoridade máxima do Município, comprovada a culpa da contratada, na inexecução do contrato.

## **14 - DOS ANEXOS:**



14.1 – Integram o presente Edital os anexos abaixo relacionados:

- a) Modelo da Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação – Anexo I
- b) Modelo da Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil – Anexo II
- c) Modelo da Declaração que recebeu todos os documentos e informações necessárias – Anexo III
- d) Modelo que a empresa cumpre plenamente aos requisitos de habilitação – Anexo IV
- e) Modelo de Declaração de ME ou EPP – Anexo V
- f) Modelo de Carta de Preposição – Anexo VI
- g) Termo de Referência – Anexo VII
- h) Planilha de Valores – Anexo VIII
- i) Proposta de Preços – Anexo IX

## 15 – DAS CONDIÇÕES GERAIS:

15.1 - A entrega será no Almojarifado da Secretaria Municipal de Saúde, localizado à Avenida Sesquicentenário, n° 70.560 – Granja Califórnia – Paty do Alferes, no horário de 8h às 13h, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de recebimento da nota de empenho, salvo se não houver a pronta entrega, o prazo deverá ser de até 30 (trinta) dias.

15.1.1 – O material recusado pelo **CONTRATANTE** deverá ser substituído, automaticamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data da notificação da Secretaria, correndo por conta da **CONTRATADA** as despesas de devolução dos materiais recusados.

15.2 – Correrão por conta da **CONTRATADA** todas as despesas decorrentes do frete e outras de qualquer natureza até o local das entregas, inclusive aquelas necessárias ao cumprimento dos compromissos assumidos na presente licitação.

15.3 – Os materiais fornecidos pela **CONTRATADA** somente serão aceitos pela Secretaria requisitante se estiverem estritamente de acordo com o especificado nos Termos de Referência e nas Propostas Detalhe, que fazem parte do presente, e deverão se encontrar em perfeito estado para uso imediato, não sendo tolerado nenhum material danificado e terá que ser de boa procedência e atender às normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e/ou do INMETRO.

15.4 - O recebimento dos materiais ficará condicionado a observância das normas contidas no art. 73 inciso II, “a” e “b”, da Lei 8.666/93.

15.5 - A empresa somente deverá cotar os materiais caso haja disponibilidade de fornecê-los e entregá-los. Não será tolerado, em hipótese nenhuma, atraso/falta de entrega pela falta dos mesmos.

15.6 – A contratação em questão não irá gerar, em hipótese alguma, qualquer vínculo empregatício entre os funcionários e/ou prepostos da **CONTRATADA** e o **CONTRATANTE**.

15.7 - A Secretaria requisitante enviará a competente Nota de Empenho à empresa vencedora e tão logo de posse da mesma, a **CONTRATADA** deverá confirmar seu recebimento num prazo



máximo de 24 horas. A não confirmação implicará nas sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93.

15.8 - A empresa vencedora se compromete a cumprir as determinações contidas neste Edital, assim como nos anexos, que são partes integrantes deste.

15.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, eis que os prazos somente se iniciam ou vencem em dias de expediente.

15.10 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local estabelecido neste edital, ressalvada comunicação expressa da Comissão em sentido contrário.

15.11 – As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação.

15.12 - É facultada a Comissão de Pregão ou a autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

15.13 - As retificações a este Edital, por iniciativa oficial provocados por eventuais impugnações, obrigarão a todos as Licitantes e, serão publicadas e comunicadas às licitantes que já o tenha retirado, via tele fax, e-mail ou telegrama, admitindo-se a reabertura dos prazos, caso as alterações afetem a elaboração das propostas.

15.14 - Os interessados que desejarem outros esclarecimentos poderão obtê-los na sala da Divisão de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes, à Rua Sebastião de Lacerda, 35, Centro, nesta cidade, no horário de 12:00 às 17:00 horas, ou pelo tel.: (24) 2485-1234, ramal 2205 e e-mail [dilicon.pmpa@gmail.com](mailto:dilicon.pmpa@gmail.com)

15.15 - A **CONTRATADA** ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições e preços, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor vencido na licitação, na forma prevista no artigo 65, § 1º da Lei Federal n.º 8.666/93.

15.16 - A critério da Administração, a licitação presente poderá ser revogada, no todo ou em parte, por conveniência administrativa (caput do artigo 49 da Lei Federal n.º 8.666/93), não cabendo aos Licitantes qualquer reclamação ou apelação, à vista das necessidades da Administração e das disponibilidades orçamentárias.

15.17 – O presente Edital, seus anexos e os casos omissos, serão regidos à luz das Leis Federais n.º 8.666/93 e 10.520/02, e suas alterações posteriores, Decreto Municipal n.º 2.348/2006 e alterações posteriores.

15.18 – A empresa participante poderá apresentar carimbo do CNPJ à Comissão do Pregão para preparação da proposta definitiva.

15.19 - Fica estipulado que qualquer cidadão é parte legítima para impugnação do presente



---

edital, respeitado o estabelecido no artigo 41, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.

15.20 - As notas fiscais deverão ser emitidas de acordo com os dados abaixo:

***FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE***  
***Rua Capitão Zenóbio, nº 42, Centro – Paty do Alferes***  
***CNPJ: 11.297.536/0001-37***

**Paty do Alferes, 08 de novembro de 2019.**

**DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**



**ANEXO I**

**PREGÃO N.º 088/2019**

DECLARAÇÃO (modelo)

Declaro para os fins previstos no parágrafo 2º do artigo 32, da Lei Federal n.º 8.666/93, a inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação de nossa empresa para participar do certame, que trata o presente Edital de Pregão.

Paty do Alferes, de de 2019.

---

Assinatura do representante legal

OBS:

1 - esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma.



## ANEXO II

### PREGÃO N.º 088/2019

#### DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA INFANTIL (modelo)

Declaro, para os fins de direito que esta empresa não utiliza trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme ditames do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Esta DECLARAÇÃO é parte integrante na fase “HABILITAÇÃO”, conforme exigência do **Edital de Pregão n.º 088/2019**, Processo Administrativo de **n.º 9477/2018**.

Paty do Alferes, de de 2019.

---

Assinatura do representante legal

OBS:

1. Esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma.





### ANEXO III

### PREGÃO N.º 088/2019

#### DECLARAÇÃO (modelo)

Tendo em vista o estipulado no **Edital de Pregão n.º 088/2019**, que objetiva a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE SAÚDE**, conforme solicitação do Fundo Municipal de Saúde, declaramos que recebemos todos os documentos e as informações necessárias ao cumprimento das obrigações, objeto do referido procedimento licitatório, na forma do artigo 30, III, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Paty do Alferes, de de 2019.

---

Assinatura do representante legal

#### Observações:

1 - esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma.



**ANEXO IV**

**PREGÃO N.º 088/2019**

DECLARAÇÃO (modelo)

Declaro e dou ciência, para os devidos fins, previstos no item 3.1.8 do **Edital de Pregão n.º 088/2019**, que a nossa empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação desta licitação, na forma do artigo 4º, inciso VII da Lei Federal n.º 10.520/02.

Paty do Alferes, de de 2019.

---

Assinatura do representante legal

Observações:

1 - esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma.



**ANEXO V**

**PREGÃO N.º 088/2019**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP**

\_\_\_\_\_, com sede na (razão social da empresa)

\_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ nº \_\_\_\_\_, vem, por intermédio de seu (endereço) representante legal o(a) Sr(a) \_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_, DECLARA, sob as penas da Lei, que é \_\_\_\_\_ (MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.

Paty do Alferes, de \_\_\_\_\_ de 2019.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do representante legal

Observações:

1 - esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma.



## ANEXO VI

### CARTA DE PREPOSIÇÃO (modelo)

À  
COMISSÃO DE PREGÃO  
Rua Sebastião de Lacerda, n. ° 35 - Centro

Prezados Senhores,

Pela presente, fica credenciado o Sr. \_\_\_\_\_, portador da Carteira de Identidade n.º \_\_\_\_\_, expedida em \_\_/\_\_/\_\_, pelo Instituto \_\_\_\_\_, para representar nossa empresa ( ), inscrita no CNPJ sob o n.º \_\_\_\_\_, na Licitação **modalidade Pregão n.º 088/2019 a se realizar no dia 25/11/2019** nesta Prefeitura, às **11:00 horas**, podendo para tanto formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, assinar contrato e/ou ata de registro de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame

Paty do Alferes, de de 2019.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
Assinatura do representante legal

#### Observações:

1 - esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa ou devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma e com firma reconhecida em cartório.



## ANEXO VII



Prefeitura Municipal de Paty do Alferes  
 Secretaria Municipal de Saúde  
 Fundo Municipal de Saúde

Paty do Alferes, 11 de Outubro de 2019.

### TERMO DE REFERÊNCIA

PMPA * Fis	255
PROCESSO N.º	09477/18
RUBRICA	1622/01
MAT. N.º	

#### 1. OBJETO

Aquisição de material permanente conforme Recursos de Emendas Parlamentar relacionadas abaixo, a saber, equipamentos hospitalares para atendimento às Unidades de Saúde.

PROPOSTA	SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N.º	UNIDADE
112975360001170-01	1233	UNIDADE DE SAÚDE JOÃO RICARDO MONTEMOR FILHO
112975360001177-45	1229	PAM MUNICIPAL DE PEDRAS RUIVAS
112975360001177-44	1224	PAM MUNICIPAL DA MARAVILHA
112975360001177-18	1230	PAM MUNICIPAL DA MARAVILHA
112975360001177-40	1225	PAM SAÚDE DA FAMÍLIA DE BELA VISTA
112975360001177-43	1219	CLINICA DA FAMILIA DR CESAR FRANCISCO FERREIRA GOMES

#### 2. JUSTIFICATIVA

A aquisição dos equipamentos e materiais permanentes tem por objetivo a melhoria no atendimento aos municípios assegurando a excelência dos serviços. A compra se dará através de recursos de Emenda Parlamentar cedida ao município com o objetivo de oportunizar a reestruturação e melhoria dos serviços nas Unidades supracitadas através do fornecimento dos equipamentos abaixo listados que hoje são deficientes em nossos serviços de saúde:

#### ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS EQUIPAMENTOS

PROPOSTA : 112975360001170-01		SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N.º 1233	UNIDADE DE SAÚDE: JOÃO RICARDO MONTEMOR FILHO
Item	Quantidade	Descrição do item	Justificativa da aquisição
Aparelho de Raio X - Odontológico	01	Instalação: Coluna com braço convencional; Modo de Operação: Digital; Tensão: Mínimo 7MA	A unidade conta com 02 salas de odontologia não possuindo o equipamento o que prejudica o andamento do serviço fazendo-se necessária a aquisição do bem.
Câmara para Conservação de Imunobiológicos	01	Temperatura: Entre +2°C e +8°C Circulação de Ar Forçado: Possui Contra Porta: Possui Discador de Emergência: Possui	A aquisição do bem assegura a segurança dos imunobiológicos prevenindo assim a perda financeira e processos que possam

Rua Capitão Zenóbio da Costa, 42 – Centro – Paty do Alferes-RJ  
 CEP.: 26950-000 – Telefone: (24) 2485-3193





**Prefeitura Municipal de Paty do Alferes**  
Secretaria Municipal de Saúde  
Fundo Municipal de Saúde

PMPA * Fis	256
PROCESSO N.º	9477/18
	1627/09
	MAT. II

		Capacidade/Quantidade: De 120 a 300 litros, de 02 a 05 gavetas ou prateleiras Material de Confeção (Gabinete Interno): Aço Inoxidável 304 Sensores Internos: Possui Sistema de Emergência (Bateria/Nobreak) Sistema de Registro de Dados: Possui Garantia mínima de 12 meses, deve possuir registro na ANVISA	advir da má conservação dos itens. Hoje com os picos de luz e refrigeradores ultrapassados a unidade está em constante risco. O ministério da saúde não recomenda mais a utilização de geladeiras domésticas
Seladora	02	Tipo/Aplicação: Manual-Pedal/ Grau Cirúrgico Indicada para cortar embalagem grau cirúrgico. Tensor: Bivolt automático (110/220V) Área de selagem mínima de 31 cm Sistema de aquecimento com resistência blindada Acionamento manual com Guilhotina	A unidade não conta com o equipamento na sala de enfermagem e odontologia 2º piso sendo o item extremamente necessário aos serviços citados devido ao fluxo e demanda de esterilização
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)	02	Câmara de Esterilização: Aço Inoxidável Modo de Operação / Capacidade / Acessórios: Digital / Até 25 litros / Não Possui Autoclave de 25 á 75 Litros formato quadrado tipo mesa 110v, marca reconhecida no mercado, certificada pela ANVISA, garantia mínima de 12 meses. Painel digital com avisos visuais; vapor excedente liberado por válvula dispensando tubulação para drenagem de água; desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água; Tampa com fecho de triplo estágio, Secagem eficiente do material com opção de secagens extras.	A unidade conta com 01 equipamento antigo que está constantemente em manutenção onerando o erário e prejudicando os atendimentos, além de não atender as demandas de 02 salas de odontologia e serviços de enfermagem funcionantes na unidade. A aquisição objetiva a substituição do equipamento defeituoso por novo e aquisição de um extra assegurando a absorção da demanda diária.
DEA - Desfibrilador Externo Automático	01	Autonomia da Bateria: Até 250 choques Auxílio RCP: Não Possui Acessórios: 01 Eletrodo O item deve ser certificado pelo INMETRO e possuir Registro do Ministério da Saúde Possui Memória Interna Duração da bateria: mínimo de 5 a 6hrs Intervalo min. entre os disparos: 30 segundos Garantia 12 meses Equipamento bivolt	Como objetivo de fornecer condições de reversão de paradas cardíacas por ritmos passíveis de descarga elétrica e responsáveis por 83% dos óbitos, observando a ausência do item na unidade e a responsabilidade do município sobre a vida dos usuários é indispensável à aquisição do item.
Eletrocardiógrafo Portátil	01	Bateria Interna: Possui Memória: Possui Tela LCD: Possui Suporte com Rodízios: Não Possui Laudo Interpretativo: Possui Acessórios: 01 Cabo de ECG Eletrocardiógrafo Portátil Digital de 12 canais. Realiza Impressão própria. Possui Comunicação com microcomputadores. 12 derivações automáticas. Realiza cópias dos exames. Deve possuir manutenção e alimentação de papel de baixo custo	A unidade conta com item constantemente defeituoso devido ao tempo e demanda de uso. O equipamento de qualidade é indispensável ao atendimento dos munícipes sendo então a aquisição para substituição de item.
Destilador de Água	01	Capacidade: Até 5 Litros/Hora Caldeira em latão com banho estanho virgem para não contaminação da água; coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada em aço inox 304 e materiais	A unidade conta com 02 salas de odontologia onde apenas uma sala dispõe do equipamento o que prejudica o andamento do serviço devido ao tempo de processamento

Rua Capitão Zenóbio da Costa, 42 – Centro – Paty do Alferes-RJ  
CEP.: 26950-000 – Telefone: (24) 2485-3193





Prefeitura Municipal de Paty do Alferes  
 Secretaria Municipal de Saúde  
 Fundo Municipal de Saúde

PMPA * Fis	257
PROCESSO N.º	9477/18
	1627101
	MAT. N.º


		inertes; Nível constante de alimentação da caldeira; Contador para segurança, sistema automático que desliga o sensor na falta de água. Alimentação bivolt	da água o que faz necessária a aquisição do bem.
Ultrassom Odontológico	01	Jato de Bicarbonato Integrado: Possui Caneta / Transdutor do Ultrassom Autoclavável: Possui Modo de Operação: Digital	A unidade conta com 02 salas de odontologia onde apenas uma sala dispõe do equipamento o que prejudica o andamento do serviço fazendo-se necessária a aquisição do bem.
Jato de Bicarbonato	01	Base para Estabilidade / Filtro de Ar com Drenagem: Não Possui / Não Possui Pressão de entrada de ar de 60 PSI a 80PSI Alimentação bivolt Freqüência 50/60hz Fusível 110/220v Potência mínima 60 VA	A unidade conta com 02 salas de odontologia onde apenas uma sala dispõe do equipamento o que prejudica o andamento do serviço fazendo-se necessária a aquisição do bem.
Mocho	02	Mocho Giratório Com Encosto E Regulagem De Altura A Gás de Fácil assepsia, permite ajuste anatômico, Estofado em Courvim, Garantia de 12 meses, Altura Máxima do Assento ao piso: de 50 a 62 cm, Altura Mínima do Assento ao piso: de 40 a 52 cm Material de Confeção: Aço / Ferro Pintado Encosto: Possui	Visando o maior conforto ergonômico dos colaboradores dentistas a aquisição dos itens objetiva substituir os itens existentes uma vez que os mesmos encontram-se em péssimas condições
Balde a Pedal	01	Lixeira/balde em polipropileno de alta resistência branca, possui tampa com sistema de abertura e fechamento através de pedal e promove a vedação. Capacidade: De 11 litros até 20 litros	A coleta e acondicionamento adequado de resíduos é indispensável às condições de salubridade da unidade, onde hoje não há tal item em quantidade suficiente para atender as demandas locais.
Balde a pedal	03	Lixeira/balde em polipropileno de alta resistência branca, possui tampa com sistema de abertura e fechamento através de pedal e promove a vedação. Capacidade: De 30 litros até 50 litros	A coleta e acondicionamento adequado de resíduos é indispensável às condições de salubridade da unidade, onde hoje não há tal item em quantidade suficiente para atender as demandas locais.
Detector Fetal	01	Detector fetal Tipo Portátil, Digital, Com Transdutor de alta sensibilidade, Alto-falante. Possui Botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático, Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal, Alimentação por 2 pilhas AA de 1,5V, Sensibilidade a partir de 10-12 semanas. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Deve possuir registro na ANVISA.	Item indispensável á assistência á gestante, sua aquisição proporciona auxílio aos profissionais na realização do pré-natal hoje em grande demanda na unidade
Fotopolimerizador de Resinas	01	Tipo: LED, sem fio, sem radiômetro Fotopolimerizador de resinas bivolt automático com freqüência de 50 a 60hz Onda de 420 a 480 nm Luz em led azul mínimo de 3,7v 1400 mA 1250 mw/cm <sup>2</sup> Possui bateria sem fio podendo ser utilizado com ou sem fio	A unidade conta com 02 salas de odontologia onde apenas uma sala dispõe do equipamento o que prejudica o andamento do serviço fazendo-se necessária a aquisição do bem.
Mesa Auxiliar	01	Mesa auxiliar com rodízios em aço inoxidável, dimensões 40x40x80cm Garantia de 12 meses	O equipamento visa substituir mesa escolar improvisada na unidade atendendo assim adequadamente

Rua Capitão Zenóbio da Costa, 42 – Centro – Paty do Alferes-RJ  
 CEP.: 26950-000 – Telefone: (24) 2485-3193

Paty do Alferes, 25 de Setembro de 2018  
 Secretaria Municipal de Saúde  
 Mat. 400/02



Prefeitura Municipal de Paty do Alferes  
Secretaria Municipal de Saúde  
Fundo Municipal de Saúde



			condições de salubridade já que a superfície em inox possibilita a limpeza correta do item.
Cadeira Odontológica Completa (equipo / sugador / refletor)	01	Cadeira Odontológica Completa (equipo / sugador / refletor) Comando da Cadeira: Pedal Cabeceira: Articulada Refletor: Multifocal (mais de uma intensidade) Equipo: Tipo Cart ou Acoplado Unidade Auxiliar: 01 sugador Cuba: Porcelana / Cerâmica Seringa Tríplice: Possui Peça Retá: Possui Contra Ângulo: Possui Micro Motor: Possui Caneta de Rotação: Possui Terminais: No mínimo 03	A aquisição visa a substituição da cadeira odontológica lotada no segundo andar que devido ao seu tempo de uso causa transtornos constantes cuja manutenção não satisfaz a excelência no atendimento prejudicando os usuários.
Cadeira para Coleta de Sangue	1	Material de Confeção: Aço / Ferro Pintado Braçadeira: Regulável Com assento estofado em courvin. Dimensões mínimas: Altura 1,14 x Largura 655 x Comprimento 580mm Peso 12 kg	A unidade necessita do item para oferecer maior qualidade ergonômica aos usuários e funcionários
Eletrocardiógrafo Computadorizado	02	Eletrocardiógrafo Computadorizado possui Software para Exame em Computador, Possui 12 canais de derivações cardíacas com filtros digitais, permite armazenamento de dados, efetua medida dos seguimentos do ECG automaticamente, 01 Cabo de ECG. Possui 01 aparelho de captação e transmissão de dados para o microcomputador (computador não incluso), aparelho com bateria interna de duração mínima entre 6 a 12 horas de autonomia.	O município não conta com o item. A aquisição dos mesmos possibilita exames mais apurados pelo cardiologista além de poder auxiliar na determinação precoce de agravos.
Dermatoscópico	01	Dermatoscópico com iluminação LED, temperatura de cor mínima de 4000 K, cor Índice de reprodução > 95, indicador de desempenho da bateria, tempo de operação das baterias de de 5 a 10 horas, led com vida útil mínima de 40.000 a 50.000 horas. O aparelho possui uma cabeça com lâmpada LED, um Cabo a pilha (a pilha não acompanha o item) , acompanha um frasco de Óleo dermatológico 10ml e manual, possui um aumento de mínimo de 10x. garantia de 12 meses, deve possuir registro na ANVISA.	O município não conta com o equipamento que tem por finalidade o auxílio no diagnóstico de lesões de pele sendo assim, indispensável ao serviço de dermatologia.
PROPOSTA : 112975360001177-45		SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N.º 1229	UNIDADE DE SAÚDE: PAM MUNICIPAL DE PEDRAS RUIVAS
Item	Quantidade	Descrição do item	Justificativa da aquisição
Esfigmomanômetro Adulto	03	Aparelho de pressão adulto com braçadeira em brim 100% algodão antialérgico com fecho de contato em velcro, manguito de borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade, manômetro aneróide com escala de 0 à 300 mmhg, caixa de metal altamente resistente com presilhas de metal, contendo o n.º da portaria do INMETRO no visor e o respectivo selo de	O bem apesar de considerado permanente devido ao grande uso e característica do material necessita constante substituição caso da unidade pedras ruivas cujo os aparelhos encontram-se sucateados necessitando assim de troca.

Rua Capitão Zenóbio da Costa, 42 – Centro – Paty do Alferes-RJ  
CEP.: 26950-000 – Telefone: (24) 2485-3193







Prefeitura Municipal de Paty do Alferes  
Secretaria Municipal de Saúde  
Fundo Municipal de Saúde

PMPA * Fis	259
PROCESSO N.º	9477/18
	16 27/08
	MAR 11

		vistoria no certificado que acompanha o produto, pèra insulfladora de borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade. Acompanha bolsa. Medida do manguito: 12,0 x 22,5 cm. Garantia do fabricante mínimo de 1 ano.	
PROPOSTA: 112975360001177-44		SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N.º 1224	UNIDADE DE SAÚDE: PAM MUNICIPAL DA MARAVILHA
Item	Quantidade	Descrição do item	Justificativa da aquisição
Esfigmomanômetro Adulto	03	Aparelho de pressão adulto com braçadeira em brim 100% algodão antialérgico com fecho de contato em velcro, manguito de borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade, manômetro aneróide com escala de 0 à 300 mmhg, caixa de metal altamente resistente com presilhas de metal, contendo o n.º da portaria do INMETRO no visor e o respectivo selo de vistoria no certificado que acompanha o produto, pèra insulfladora de borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade. Acompanha bolsa. Medida do manguito: 12,0 x 22,5 cm. Garantia do fabricante mínimo de 1 ano.	O bem apesar de considerado permanente devido ao grande uso e característica do material necessita constante substituição caso da unidade cujo os aparelhos encontram-se sucateados necessitando assim de troca.
PROPOSTA: 112975360001177-18		SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N.º 1230	UNIDADE DE SAÚDE: PAM MUNICIPAL DA MARAVILHA
Item	Quantidade	Descrição do item	Justificativa da aquisição
Aparelho de Raio X - Odontológico	01	Instalação: Coluna com braço convencional; Modo de Operação: Digital; Tensão: Mínimo 7MA	A unidade não conta com o equipamento o que prejudica o andamento do serviço fazendo-se necessária a aquisição do bem.
Biombo Plumbífero	01	Estrutura: Aço ou Alumínio; Espessura: De 02 MM Tipo: Curvo	A aquisição do bem assegura a segurança de profissionais e usuários e é indispensável para a utilização do equipamento de RX nos consultórios dentários.
Seladora	01	Tipo/Aplicação: Manual-Pedal/ Grau Cirúrgico Indicada para cortar embalagem grau cirúrgico. Tensor: Bivolt automático (110/220V) Área de selagem mínima de 31 cm Sistema de aquecimento com resistência blindada Acionamento manual com Guilhotina	A unidade não conta com o equipamento de grande porte na sala de enfermagem o item extremamente necessário aos serviços citados devido ao fluxo e demanda de esterilização
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)	01	Autoclave de 25 à 75 Litros formato quadrado tipo mesa 110v, marca reconhecida no mercado, certificada pela ANVISA, garantia mínima de 12 meses. Painel digital com avisos visuais; vapor excedente liberado por válvula dispensando tubulação para drenagem de água; desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água; Tampa com fecho de triplo estágio, Secagem eficiente do material com opção de secagens extras.	A unidade conta com 01 equipamento antigo que está constantemente em manutenção onerando o erário e prejudicando os atendimentos, além de não atender as demandas dos serviços funcionantes na unidade. A aquisição objetiva a substituição do equipamento defeituoso por novo e aquisição de um extra assegurando a absorção da demanda diária.

Rua Capitão Zenóbio da Costa, 42 – Centro – Paty do Alferes-RJ  
CEP.: 26950-000 – Telefone: (24) 2485-3193





Prefeitura Municipal de Paty do Alferes  
Secretaria Municipal de Saúde  
Fundo Municipal de Saúde

PMPA \* Fis. 260  
PROCESSO N.º 9477/18  
162761  
MÁT. N.º

Eletrcardiógrafo Portátil	01	Bateria Interna: Possui Memória: Possui Tela LCD: Possui Suporte com Rodízios: Não Possui Laudo Interpretativo: Possui Acessórios: 01 Cabo de ECG Eletrcardiógrafo Portátil Digital de 1 a 3 canais. Realiza Impressão própria. Possui Comunicação com microcomputadores. 12 derivações automáticas. Realiza cópias dos exames. Deve possuir manutenção e alimentação de papel de baixo custo	A unidade não conta com item. O equipamento de qualidade é indispensável ao atendimento dos municipes.
Oftalmoscópio	01	Oftalmoscópio com bateria convencional Com no mínimo de 03 aberturas e 19 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador iluminado., Lâmpada Xenon; Tensão: 2.5V; Alimentação: 2 pilhas AA; Botão Liga/Desliga: Possui; Clip de Bolso: Possui; Comprimento Total: 170cm;	A unidade não conta com o bem sendo indispensável a aquisição para melhor assistência médica.
Compressor Odontológico	01	Compressor Odontológico 9PCM 291 CSD 9/30 silencioso Isento de Óleo: Sim Tensão 127/220v Pressão de operação entre 5,3 e 8,5 Unidade compressora com 1 estagio e 2 pistões Capacidade mínima do motor 1.5HP/1.12 kw Possui 4 polos Volume do reservatório 29l	A aquisição do item visa substituição de item antigo constante mente defeituoso o que acarreta prejuizos ao atendimento e ao erário
Destilador de Água	01	Capacidade: Até 5 Litros/Hora Caldeira em latão com banho estanho virgem para não contaminação da água; coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada em aço inox 304 e materiais inertes; Nível constante de alimentação da caldeira; Contador para segurança, sistema automático que desliga o sensor na falta de água. Alimentação bivolt	A unidade não conta o equipamento o que prejudica o andamento do serviço fazendo-se necessária a aquisição do bem.
Ultrassom Odontológico	01	Ultrassom Odontológico com jato de Bicarbonato Integrado possui Transdutor do Ultrassom Autoclavável: Possui frequência mínima de 32000hz Alimentação bivolt Frequência 50/60hz Fusível 1ª 110/220v Potência 60VA  Modo de Operação: Digital	A unidade não conta com o equipamento o que prejudica o andamento do serviço fazendo-se necessária a aquisição do bem.
Jato de Bicarbonato	01	Base para Estabilidade / Filtro de Ar com Drenagem: Não Possui / Não Possui Frequência mínima de 30.000 a 32.000 hz Pressão de entrada de ar de 60 PSI a 80PSI Alimentação bivolt Frequência 50/60hz Fusível 110/220v Potencia mínima 60 VA	A unidade não conta com o equipamento o que prejudica o andamento do serviço fazendo-se necessária a aquisição do bem.
Mocho	01	Mocho Giratório Com Encosto E Regulagem De Altura A Gás de Fácil assepsia, permite ajuste anatômico, Estofado em Courvim, Garantia de 12 meses, Altura Máxima do	Visando o maior conforto ergonômico dos colaboradores dentistas a aquisição do item objetiva substituir os itens

Rua Capitão Zenóbio da Costa, 42 – Centro – Paty do Alferes-RJ  
CEP.: 26950-000 – Telefone: (24) 2485-3193





Prefeitura Municipal de Paty do Alferes  
Secretaria Municipal de Saúde  
Fundo Municipal de Saúde

PMPA - Fis. 261  
PROCESSO N.º 947718  
1627401  
MGT. N.º

		Assento ao piso: de 50 a 62 cm, Altura Mínima do Assento ao piso: de 40 a 52 cm Material de Confeção: Aço / Ferro Pintado Encosto: Possui	existentes uma vez que os mesmos encontram-se em péssimas condições
Bomba de Vácuo até 2HP/CV	01	Bomba de Vácuo até 2HP/CV Potência / Vácuo: 0,5 HP / 450mmHg	Equipamento indispensável á procedimentos cirúrgicos odontológicos. A aquisição beneficia os usuários permitindo novos procedimentos uma vez que a unidade que hoje não conta com o equipamento.
Projeter Multimídia (DataShow)	1	Projeter Multimídia (DataShow) Deve estar em linha de produção, tecnologia LCD, matriz ativa de 12 milhões de cores, resolução mínima de 1024x768, compatibilidade de 16:9; entradas VGA, HDMI e USB, luminosidade mínima de 2500 lumens, alto-falante integrado, alimentação automática bi volt, controle remoto, suporta apresentação por pen drive direto no projetor, garantia de 12 meses	A unidade não conta com o equipamento o que prejudica atividades educativas fazendo-se necessária a aquisição do bem devido ao perfil multiplicador das unidades ESF.
Balde a Pedal	01	Lixeira/balde em polipropileno de alta resistência branca, possui tampa com sistema de abertura e fechamento através de pedal e promove a vedação. Capacidade: De 11 litros até 20 litros	A coleta e acondicionamento adequado de resíduos é indispensável às condições de salubridade da unidade, onde hoje não há tal item em quantidade suficiente para atender as demandas locais.
Balde a pedal	04	Lixeira/balde em polipropileno de alta resistência branca, possui tampa com sistema de abertura e fechamento através de pedal e promove a vedação. Capacidade: De 30 litros até 50 litros	A coleta e acondicionamento adequado de resíduos é indispensável às condições de salubridade da unidade, onde hoje não há tal item em quantidade suficiente para atender as demandas locais.
Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)	01	Reanimador Pulmonar balão em silicone translúcido autoclavável, modelo adulto com capacidade de 1600ml de volume corrente. Válvula superior e inferior, possui Reservatório (não autoclavável) de 2500ml, possui Extensão plástica 2,0m (Não autoclavável), possui máscara compatível com a faixa etária. Garantia de 3 meses para defeitos de fabricação	O item é indispensável ao socorro de risco eminente de morte. A aquisição de extrema importância.
Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu)	01	Reanimador Pulmonar balão em silicone translúcido autoclavável, modelo infantil com capacidade de 500ml de volume corrente. Válvula superior e inferior, possui Reservatório (não autoclavável) de 1000ml, possui Extensão plástica 2,0m (Não autoclavável), possui máscara compatível com a faixa etária. Garantia de 3 meses para defeitos de fabricação	O item é indispensável ao socorro de risco eminente de morte. A aquisição de extrema importância.
Foco Refletor Ambulatorial	02	Foco clínico de exame refletor com haste inox flexível com regulagem de altura (Altura Máxima: 1,30m Altura Mínima: 1,05m), corpo em aço de carbono com pintura eletrostática, possui rodízios, garantia mínima de 06 meses, Bivolt.	Item indispensável á assistência médica, sua aquisição proporciona equipamento das salas de atendimento clínico
Detector Fetal	02	Detector fetal Tipo Portátil, Digital,	Item indispensável á assistência á

Rua Capitão Zenóbio da Costa, 42 – Centro – Paty do Alferes-RJ  
CEP.: 26950-000 – Telefone: (24) 2485-3193





Prefeitura Municipal de Paty do Alferes  
 Secretaria Municipal de Saúde  
 Fundo Municipal de Saúde

PMPA \* Fis. 262  
 PROCESSO N.º 9477/18  
 RUBRICA 1627407  
 NAT. N.º

		Com Transdutor de alta sensibilidade, Alto-falante. Possui Botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático, Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal, Alimentação por 2 pilhas AA de 1,5V, Sensibilidade a partir de 10-12 semanas. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Deve possuir registro na ANVISA.	gestante, sua aquisição proporciona auxílio aos profissionais na realização do pré-natal hoje em grande demanda na unidade
Esfigmomanômetro obeso	1	Aparelho de pressão obeso o com braçadeira em brim 100% algodão antialérgico com fecho de contato em velcro, manguito de borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade, manômetro aneróide com escala de 0 à 300 mmhg, caixa de metal altamente resistente com presilhas de metal, contendo o nº da portaria do inmetro no visor e o respectivo selo de vistoria no certificado que acompanha o produto, pèra insufladora de borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade. Acompanha bolsa. Medida do manguito: 35 até 51 cm Garantia do fabricante: mínima de 1 ano.	Item indispensável para atendimento de pacientes obesos. A unidade não possui o aparelho
Biombo	03	Biombo triplo Dobrável em 3 partes em Pintura em epóxi branca, corpo em aço carbono, possui rodízios, divisórias em tecido Tecido 100% algodão, dimensões: Altura: 177 cm, Comprimento: 173 cm, largura, Largura: 56 cm. Garantia de 90 dias para tecido, rodízios e amarrações e de 12 meses para defeitos de fabricação na parte de aço	Item indispensável para a privacidade dos pacientes
Mesa Ginecológica	02	Mesa ginecológica em aço de carbono tubular, Acabamento em pintura eletrostática, leito dobrável móvel estofado revestido em courvin, acompanha 01 Par de Porta Coxas de fibra revestido em courvin, 01 Par de Estribo. Dimensões aproximadas do leito 1,80x0,60x0,70m.	Item indispensável para a substituição de equipamentos conferindo maior conforto durante o exame além de local de armazenamento
Otoscópio Simples	02	Otoscópio mínimo de 2.5V Lâmpada XENON com transmissão de luz direta, com Conexão para pera de insuflação, Fácil substituição da lâmpada, possui Cabo em metal recartilhado, alimentação por 2 pilhas acompanha no mínimo 5 Espéculos Auriculares Autoclaváveis (2.5, 3.5, 4.5, 5.5 e 9mm) em Estojo Macio. Aumento do campo de visão em mínimo em 4 vezes. Garantia de 1 ano pelo fabricante, certificado pela ANVISA.	A unidade possui diversos profissionais sendo indispensável à aquisição para melhor assistência médica e dinamização do atendimento.
Lanterna Clínica	03	Lanterna Clínica LUZ LED de 3V com vida útil de no mínimo 10.000 horas Confeccionada em metal leve de alta qualidade, Acionamento através do botão liga/desliga,	A unidade não conta com o bem sendo indispensável à aquisição para melhor assistência médica.

Rua Capitão Zenóbio da Costa, 42 – Centro – Paty do Alferes-RJ  
 CEP.: 26950-000 – Telefone: (24) 2485-3193





Prefeitura Municipal de Paty do Alferes  
 Secretaria Municipal de Saúde  
 Fundo Municipal de Saúde

PMPA \* Fls. 263  
 PROCESSO N.º 942718  
 RUBRICA 1627407  
 MAT. N.º

		Possui clip de bolso Alimentação 2 pilhas AAA. Possui garantia de 6 meses pelo fabricante.	
Negatoscópio	03	Negatoscópio de parede dois corpos branco com Paineis translúcidos na cor branco leitoso, Chave seletora de voltagem 127V/220V, Alto brilho e ausência das áreas de sombra, lâmpada fluorescente, possui Chave liga/desliga, Dimensões aproximadas: 79 x 48 x 10 cm (C x A x L) material – metal, Garantia: 1 ano	A unidade possui salas de atendimento sem o item o que gera prejuízo durante o atendimento.
Esfigmomanômetro Adulto	03	Aparelho de pressão adulto com braçadeira em brim 100% algodão antialérgico com fecho de contato em velcro, manguito de borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade, manômetro aneróide com escala de 0 à 300 mmHg, caixa de metal altamente resistente com presilhas de metal, contendo o nº da portaria do INMETRO no visor e o respectivo selo de vistoria no certificado que acompanha o produto, pêra insufladora de borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade. Acompanha bolsa. Medida do manguito: 12,0 x 22,5 cm. Garantia do fabricante mínimo de 1 ano.	O bem apesar de considerado permanente devido ao grande uso e característica do material necessita constante substituição caso da unidade pedras ruivas cujo os aparelhos encontram-se sucateados necessitando assim de troca. O ideal é um item por sala de atendimento.
Mesa de Exames	02	Mesa de Exames em aço inoxidável Possui suporte para papel e leito móvel	Item indispensável para a substituição de equipamentos conferindo maior conforto durante o exame
PROPOSTA: 112975360001177-40		SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N.º 1225	UNIDADE DE SAÚDE: PAM SAÚDE DA FAMÍLIA DE BELA VISTA
Item	Quantidade	Descrição do item	Justificativa da aquisição
Aparelho de Raio X - Odontológico	01	Instalação: Coluna com braço convencional; Modo de Operação: Digital; Tensão: Mínimo 7MA	A unidade não conta com o equipamento o que prejudica o andamento do serviço fazendo-se necessária a aquisição do bem.
Biombo Plumbífero	01	Estrutura: Aço ou Alumínio; Espessura: De 02 MM Tipo: Curvo	A aquisição do bem assegura a segurança de profissionais e usuários e é indispensável para a utilização do equipamento de RX nos consultórios dentários.
Câmara para Conservação de Imunobiológicos	01	Temperatura: Entre +2°C e +8°C Circulação de Ar Forçado: Possui Contra Porta: Possui Discador de Emergência: Possui Capacidade/Quantidade: De 120 a 300 litros, de 02 a 05 gavetas ou prateleiras Material de Confeção (Gabinete Interno): Aço Inoxidável 304 Sensores Internos: Possui Sistema de Emergência (Bateria/Nobreak) Sistema de Registro de Dados: Possui Garantia mínima de 12 meses, deve possuir registro na ANVISA	A aquisição do bem assegura a segurança dos imunobiológicos prevenindo assim a perda financeira e processos que possam advir da má conservação dos itens. Hoje com os picos de luz e refrigeradores ultrapassados a unidade está em constante risco. O ministério da saúde não recomenda mais a utilização de geladeiras domésticas
Seladora	01	Tipo/Aplicação: Manual-Pedal/ Grau Cirúrgico Tipo/Aplicação: Manual-Pedal/ Grau Cirúrgico	A unidade não conta com o equipamento na sala de enfermagem sendo o item extremamente necessário aos

Rua Capitão Zenóbio da Costa, 42 – Centro – Paty do Alferes-RJ  
 CEP.: 26950-000 – Telefone: (24) 2485-3193





PMPA \* Fis. 264  
PROCESSO N.º 9472/18  
B. 1627401  
MAY. Nº

**Prefeitura Municipal de Paty do Alferes**  
Secretaria Municipal de Saúde  
Fundo Municipal de Saúde

		Indicada para cortar embalagem grau cirúrgico. Tensor: Bivolt automático (110/220V) Área de selagem mínima de 31 cm Sistema de aquecimento com resistência blindada Acionamento manual com Guilhotina	serviços citados devido ao fluxo e demanda de esterilização
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)	01	Autoclave de 25 á 75 Litros formato quadrado tipo mesa 110v, marca reconhecida no mercado, certificada pela ANVISA, garantia mínima de 12 meses. Painel digital com avisos visuais; vapor excedente liberado por válvula dispensando tubulação para drenagem de água; desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água; Tampa com fecho de triplo estágio, Secagem eficiente do material com opção de secagens extras.	A unidade conta com 01 equipamento antigo que está constantemente em manutenção onerando o erário e prejudicando os atendimentos, além de não atender as demandas dos serviços da unidade. A aquisição objetiva a substituição do equipamento defeituoso por novo.
DEA – Desfibrilador Externo Automático	01	Autonomia da Bateria: Até 250 choques Auxílio RCP: Não Possui Acessórios: 01 Eletrodo O item deve ser certificado pelo INMETRO e possuir Registro do Ministério da Saúde Possui Memória Interna Duração da bateria: mínimo de 5 a 6hrs Intervalo min. entre os disparos: 30 segundos Garantia 12 meses Equipamento bivolt	Como objetivo de fornecer condições de reversão de paradas cardíacas por ritmos passíveis de descarga elétrica e responsáveis por 83% dos óbitos, observando a ausência do item na unidade e a responsabilidade do município sobre a vida dos usuários é indispensável à aquisição do item.
Eletrocardiógrafo Portátil	01	Número de Canais: 12 Bateria Interna: Possui Memória: Possui Tela LCD: Possui Suporte com Rodízios: Não Possui Laudo Interpretativo: Possui Acessórios: 01 Cabo de ECG Eletrocardiógrafo Portátil Digital de 1 a 3 canais. Realiza Impressão própria. Possui Comunicação com microcomputadores. 12 derivações automáticas. Realiza cópias dos exames. Deve possuir manutenção e alimentação de papel de baixo custo	A unidade conta com item constantemente defeituoso devido ao tempo e demanda de uso. O equipamento de qualidade é indispensável ao atendimento dos municípios sendo então a aquisição para substituição de item.
PROPOSTA: 112975360001177-43		SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N.º 1219	UNIDADE DE SAÚDE: CLINICA DA FAMILIA DR CESAR FRANCISCO FERREIRA GOMES
Item	Quantidade	Descrição do item	Justificativa da aquisição
Câmara para Conservação de Imunobiológicos	01	Temperatura: Entre +2°C e +8°C Circulação de Ar Forçado: Possui Contra Porta: Possui Discador de Emergência: Possui Capacidade/Quantidade: De 120 a 300 litros, de 02 a 05 gavetas ou prateleiras Material de Confecção (Gabinete Interno): Aço Inoxidável 304 Sensores Internos: Possui Sistema de Emergência (Bateria/Nobreak) Sistema de Registro de Dados: Possui Garantia mínima de 12 meses, deve possuir registro na ANVISA	A aquisição do bem assegura a segurança dos imunobiológicos prevenindo assim a perda financeira e processos que possam advir da má conservação dos itens. Hoje com os picos de luz e refrigeradores ultrapassados a unidade está em constante risco. O ministério da saúde não recomenda mais a utilização de geladeiras domésticas
DEA – Desfibrilador Externo Automático	01	Autonomia da Bateria: Até 250 choques Auxílio RCP: Não Possui Acessórios: 01 Eletrodo	Como objetivo de fornecer condições de reversão de paradas cardíacas por ritmos passíveis de

Rua Capitão Zenóbio da Costa, 42 – Centro – Paty do Alferes-RJ  
CEP.: 26950-000 – Telefone: (24) 2485-3193





Prefeitura Municipal de Paty do Alferes  
 Secretaria Municipal de Saúde  
 Fundo Municipal de Saúde

PMPA \* Fis. 265.  
 PROCESSO N.º 9477/18  
 MAT. N.º 162769

		O item deve ser certificado pelo INMETRO e possuir Registro do Ministério da Saúde Possui Memória Interna Duração da bateria: mínimo de 5 a 6hrs Intervalo min. entre os disparos: 30 segundos Garantia 12 meses Equipamento bivolt	descarga elétrica e responsáveis por 83% dos óbitos, observando a ausência do item na unidade e a responsabilidade do município sobre a vida dos usuários é indispensável à aquisição do item.
Electrocardiógrafo Portátil	01	Número de Canais: 12 Bateria Interna: Possui Memória: Possui Tela LCD: Possui Suporte com Rodízios: Não Possui Laudo Interpretativo: Possui Acessórios: 01 Cabo de ECG Electrocardiógrafo Portátil Digital de 1 a 3 canais. Realiza Impressão própria. Possui Comunicação com microcomputadores. 12 derivações automáticas. Realiza cópias dos exames. Deve possuir manutenção e alimentação de papel de baixo custo	A unidade conta com item defeituoso. O equipamento de qualidade é indispensável ao atendimento dos munícipes sendo então a aquisição para substituição de item.
Esfigmomanômetro Adulto	03	Aparelho de pressão adulto com braçadeira em brim 100% algodão antialérgico com fecho de contato em velcro, manguito de borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade, manômetro aneróide com escala de 0 à 300 mmHg, caixa de metal altamente resistente com presilhas de metal, contendo o n.º da portaria do INMETRO no visor e o respectivo selo de vistoria no certificado que acompanha o produto, pêra insulfladora de borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade. Acompanha bolsa. Medida do manguito: 12,0 x 22,5 cm. Garantia do fabricante mínimo de 1 ano.	O bem apesar de considerado permanente devido ao grande uso e característica do material necessita constante substituição caso da unidade pedras ruivas cujo os aparelhos encontram-se sucateados necessitando assim de troca.

**3. DO PRAZO DE FORNECIMENTO E ENTREGA**

- a. A entrega será de forma única e somente após a emissão da Nota de empenho, sendo feita no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da data do recebimento do Empenho, salvo se não houver a pronta entrega, o prazo deverá ser de até 30(trinta) dias.
- b. O material deverá ser entregue no Almojarifado, Secretaria Municipal de Saúde, sito à Avenida Sesquicentenário, 70.560 – Granja Califórnia – Paty do Alferes, no horário de 8h às 13h;
- c. O material recusado pela contratante deverá ser substituído, automaticamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data da Notificação da

Rua Capitão Zenóbio da Costa, 42 – Centro – Paty do Alferes-RJ  
 CEP.: 26950-000 – Telefone: (24) 2485-3193





**Prefeitura Municipal de Paty do Alferes**  
Secretaria Municipal de Saúde  
Fundo Municipal de Saúde

PMPA * Fis.	266
PROCESSO N.º	9477/118
FEICIA	1627700
MAT. N.º	

Secretaria, correndo por conta da Contratada as despesas de devolução dos materiais recusados;

- d. Não serão admitidos, para efeito de recebimento, materiais que estejam em desacordo ou conflitante com quaisquer especificações descritas nos memorandos de compra;
- e. Todas as despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusivas da licitante vencedora.

**4. DA GARANTIA**

- a. O prazo de garantia dos equipamentos deverá ser de no mínimo 12(doze) meses, livre de horas de uso, contra defeitos de fabricação, montagem e funcionamento decorrentes de desgastes prematuros durante a operação e o emprego em condições normais, sendo compreendida pela assistência técnica, incluindo mão-de-obra, reposição de peças e componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos de fábrica, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal.
- b. Durante o prazo de vigência da garantia, constituem-se obrigações da Contratada, providenciar independentemente de ser ou não o fabricante, a correção ou a substituição de todo o equipamento ou material permanente ofertado ou de suas peças acessórios e componentes, que apresentarem defeitos de fabricação ou divergência com as especificações fornecidas, sem ônus para a Administração.

**5. DEVERES DO CONTRATANTE**

- a. Informar à Contratada sobre a emissão de nota de Empenho;
- b. Atestar nota fiscal apresentada pela contratada após conferir se os materiais entregue pela contratada corresponde às especificações solicitadas;
- c. Efetuar o pagamento de acordo com a Nota Fiscal emitida pela Contratada, após conferência;
- d. Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na entrega dos materiais, para imediata correção;
- e. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos Bens;
- f. Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução das obrigações da Contratada, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da mesma às dependências do Órgão para realização da entrega.
- g.

**6. DEVERES DA CONTRATADA**

- a. Acusar o recebimento da nota de empenho;
- b. Entregar os materiais no prazo, no local e nas condições exigidas neste Termo de Referência;

Rua Capitão Zenóbio da Costa, 42 – Centro – Paty do Alferes-RJ  
CEP.: 26950-000 – Telefone: (24) 2485-3193







**Prefeitura Municipal de Paty do Alferes**  
Secretaria Municipal de Saúde  
Fundo Municipal de Saúde

PMPA - Fis.	26+
PROCESSO N.º	9477/18
ELABORADA	1627/01
MAT. N.º	

- c. Atestar e Garantir a qualidade dos materiais;
- d. Após a entrega dos materiais, emitir Nota Fiscal com a mesma descrição constante na Nota de Empenho;
- e. A Empresa contratada também se responsabilizará por danos eventualmente causados por seus funcionários no ato da entrega.
- f. Os materiais deverão ser entregue no Almoarifado, Secretaria Municipal de Saúde, sito à Avenida Sesquicentenário, 70.560 – Granja Califórnia – Paty do Alferes, no horário de 8h às 13h;
- g. Os produtos deverão ser acondicionados em embalagem, conforme padrão do fabricante, devendo garantir proteção durante transporte, bem como constar identificação do produto, validade e demais informações exigidas na legislação em vigor;
- h. Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações constantes nos memorandos de compras;
- i. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão/Entidade solicitantes acerca do material entregue, ou quaisquer outros esclarecimentos.

**7. DO PAGAMENTO**

Não havendo nenhum bloqueio por descumprimento de exigências, os pagamentos serão efetuados no prazo de 30(trinta) dias, depois da efetiva entrega do relatório de prestação de serviço juntamente com as requisições de exames realizados na competência.

Fabiana Cerqueira da Silva Abreu  
Secretaria Municipal de Saúde  
Mat. 1496/02

Fabiana Cerqueira da Silva Abreu  
Secretária Municipal de Saúde  
Mat. 1496/02

Rua Capitão Zenóbio da Costa, 42 – Centro – Paty do Alferes-RJ  
CEP.: 26950-000 – Telefone: (24) 2485-3193



### PLANILHA DE VALORES

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VLR UNIT.	VLR TOT.
1	2	UNIDADE	BIOMBO RESUMO: Biombo Plumbífero  Especificações mínimas: Estrutura: Aço ou Alumínio; Espessura: De 02 MM Tipo: Curvo		7.357,230	14.714,460
2	3	UNIDADE	CÂMARA FRIA RESUMO: Câmara para Conservação de Imunobiológicos  Especificações mínimas: Temperatura: Entre +2°C e +8°C Circulação de Ar Forçado: Possui Discador de Emergência: Possui Capacidade/Quantidade: De 120 a 300 litros, de 02 a 05 gavetas ou prateleiras Material de Confecção (Gabinete Interno): Aço Inoxidável 304 Sensores Internos: Possui Sistema de Emergência (Bateria/Nobreak) Sistema de Registro de Dados: Possui. Garantia mínima de 12 meses, deve possuir registro na ANVISA .		23.651,330	70.953,990
3	4	UNIDADE	SELADORA RESUMO: Seladora Especificações mínimas: Tipo/Aplicação: Manual-Pedal/ Grau Cirúrgico Indicada para selar e cortar embalagem de papel grau cirúrgico. Tensor: Bivolt Automático (voltagem 110/220). Área para selagem: 31cm Sistema de aquecimento com resistência blindada. Acionamento manual com guilhotina.		2.021,010	8.084,040
4	4	UNIDADE	AUTOCLAVE RESUMO: Autoclave Horizontal de Mesa 25 a 75 litros  Especificações mínimas: Autoclave de 25 à 75 Litros formato quadrado tipo mesa 110v, marca reconhecida no mercado, certificada pela ANVISA, garantia mínima de 12 meses. Painel digital com avisos visuais; vapor excedente liberado por válvula dispensando tubulação para drenagem de água; desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água; tampa com fecho de triplo estágio. Secagem eficiente do material com opção de secagens extras.		9.400,250	37.601,000



ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VLR UNIT.	VLR TOT.
5	3	UNIDADE	<p>DEFIBRILADOR</p> <p>RESUMO: DEA – Desfibrilador Externo Automático</p> <p>Especificações mínimas: Autonomia da Bateria: Até 250 choques Auxílio RCP: Não Possui Acessórios: 01 Eletrodo. O item deve ser certificado pelo INMETRO e possuir Registro do Ministério da Saúde. Possui Memória Interna; Duração da bateria: mínimo de 05 à 6hrs. Intervalo min. entre os disparos: 30 segundos. Garantia: 12 meses. Equipamento bivolt.</p>		9.973,190	29.919,570
6	4	UNIDADE	<p>ELETCARDIOGRAFO</p> <p>RESUMO: Eletrocardiógrafo Portátil</p> <p>Especificações mínimas: Eletrocardiógrafo Portátil Digital de 12 canais. Realiza impressão própria. Possui comunicação com microcomputadores. 12 derivações automáticas Realiza cópias dos exames. Deve possuir manutenção e alimentação de papel de baixo custo. Bateria Interna: Possui Memória: Possui Tela LCD: Possui Suporte com Rodízios: Não Possui Laudo Interpretativo: Possui Acessórios: 01 Cabo de ECG</p>		12.609,400	50.437,600
7	1	UNIDADE	<p>COMPRESSOR</p> <p>RESUMO: Compressor Odontológico</p> <p>Compressor Odontológico Silencioso 9PCM 29 Litros CSD 9/30 silencioso</p> <p>Especificações mínimas:  Isento de óleo:sim - Tensão: 127/220V - Pressão de operação entre 5,3 e 8,5 - Unidade compressora com 1 estágio e 2 pistões Capacidade mínima do motor: 1,5HP / 1,12kW Possui 4 polos Volume do reservatório: 29L</p>		3.597,470	3.597,470



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
RUA CAPITÃO ZENÓBIO DA COSTA,42  
PATY DO ALFERES  
24851060  
saude@patydoalferes.rj.gov.br  
11.297.536/0001-37

**PREGÃO:** 88/2019  
**Processo:** 9477/2018  
**Data:** 25/11/2019 às 11:00  
**Solic. de Compra:** 3510/2019  
**Nº da compra:** 3901/2019

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VLR UNIT.	VLR TOT.
8	2	UNIDADE	DESTILADOR RESUMO: Destilador de Água  Especificações mínimas: Capacidade: até 5 litros /hora; Caldeira em latão com banho de estanho virgem para a não contaminação da água; Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, em aço inox 304 e materiais inertes; Nível constante de alimentação da caldeira; Contador para segurança, sistema automático que desliga o sensor na falta de água. Alimentação bivolt.		1.518,970	3.037,940
9	2	UNIDADE	APARELHO RESUMO: Ultrassom Odontológico  Especificações mínimas: ULTRASSON COM JATO BICARBONATO Caneta/transdutor do ultrasson autoclavável: possui; Modo de operação: digital.		3.702,130	7.404,260
10	2	UNIDADE	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE RESUMO: Jato de Bicarbonato  Especificações mínimas: Base para Estabilidade: não possui; Filtro de Ar com Drenagem: Não Possui; Pressão de entrada de ar de 60 PSI a 80 PSI Alimentação bivolt Frequência 50/60hz Fusível 110/220v Potência mínima 60VA		640,400	1.280,800
11	3	UNIDADE	MOCHO RESUMO: MOCHO  Especificações mínimas: Mocho Giratório com encosto e regulagem de altura a gás e de fácil assepsia, permite ajuste anatômico. Estofado em Courvim. Garantia de 12 meses. Altura Máxima do Assento ao piso: 50 a 62 cm Altura Mínima do Assento ao piso: 40 a 52 cm Material de Confecção: Aço / Ferro Pintado Encosto: possui		662,660	1.987,980



ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VLR UNIT.	VLR TOT.
12	1	UNIDADE	BOMBA A VACUO RESUMO: Bomba de Vácuo  Especificações mínimas: Bomba de Vácuo até 2HP/CV Potência / Vácuo: 0,5 HP / 450mmHg		3.753,750	3.753,750
13	1	UNIDADE	PROJETOR RESUMO: Projetor Multimídia (DataShow) Especificações mínimas: Deve estar em linha de produção, tecnologia LCD, matriz ativa de 12 a 16 milhões de cores, resolução mínima de 1024x768, compatibilidade de 16:9, entradas VGA, HDMI e USB, luminosidade mínima de 2500 lumens, alto-falante integrado, alimentação automática bi volt, controle remoto, suporta apresentação por pen drive direto no projetor, garantia de 12 meses.		2.343,610	2.343,610
14	2	UNIDADE	BALDE RESUMO: Balde / Lixeira Especificações mínimas: Lixeira/balde em polipropileno de alta resistência branca, possui tampa com sistema de abertura e fechamento através de pedal e promove a vedação. Dimensões: 32cm X 30cm X 45cm. Capacidade: De 11 litros até 20 litros		170,550	341,100
15	7	UNIDADE	BALDE RESUMO: Balde a Pedal Especificações mínimas: Lixeira/balde em polipropileno de alta resistência branca, possui tampa com sistema de abertura e fechamento através de pedal e promove a vedação. Capacidade: De 30 litros até 50 litros.		210,640	1.474,480
16	1	UNIDADE	REANIMADOR RESUMO: Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) Especificações mínimas: Reanimador Pulmonar balão em silicone translúcido autoclavável, modelo adulto com capacidade de 1600ml de volume corrente. Válvula superior e inferior, possui reservatório (não autoclavável) de 2500ml, possui extensão plástica 2,0m (Não autoclavável), possui máscara compatível com a faixa etária. Garantia de 3 meses para defeitos de fabricação		322,750	322,750



ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VLR UNIT.	VLR TOT.
17	1	UNIDADE	REANIMADOR  RESUMO: Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu) Especificações mínimas: Reanimador Pulmonar balão em silicone translúcido autoclavável, modelo infantil com capacidade de 500ml de volume corrente. Válvula superior e inferior, possui reservatório (não autoclavável) de 1000ml, possui extensão plástica 2,0m (Não autoclavável), possui máscara compatível com a faixa etária. Garantia de 3 meses para defeitos de fabricação.		307,450	307,450
18	2	UNIDADE	FOCO  RESUMO: Foco Refletor Ambulatorial Especificações mínimas: Iluminação: LED Foco clínico de exame refletor com haste inox flexível com regulagem de altura (Altura Máxima: 1,35m Altura Mínima: 1,10m), corpo em aço de carbono com pintura eletrostática, possui rodízios, garantia mínima de 06 meses, Bivolt.		447,290	894,580
19	3	UNIDADE	DETECTOR FETAL PORTATIL  RESUMO: Detector Fetal Portátil Especificações mínimas: Com Transdutor de alta sensibilidade, Alto-falante, Possui Botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático, Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal, Alimentação por 2 pilhas AA de 1,5V, Sensibilidade a partir de 10-12 semanas. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Deve possuir registro na ANVISA.		722,890	2.168,670
20	1	UNIDADE	ESFIGMOMANOMETRO  RESUMO: Esfigmomanômetro Obeso Especificações mínimas: Aparelho de pressão obeso com braçadeira em brim 100% algodão antialérgico com fecho de contato em velcro, manguito de borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade, manômetro aneróide com escala de 0 à 300 mmhg, caixa de metal altamente resistente com presilhas de metal, contendo o nº da portaria do inmetro no visor e o respectivo selo de vistoria no certificado que acompanha o produto, pêra insulfladora de borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade. Acompanha bolsa. Medida do manguito: 35 até 51 cm Garantia do fabricante: 3 anos.		137,250	137,250



ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VLR UNIT.	VLR TOT.
21	2	UNIDADE	MATERIAL RESUMO: Mesa de Exames Especificações mínimas: Acessórios: Suporte para Papel Posição do Leito: Móvel Material de Confecção: Aço Inoxidável		1.058,110	2.116,220
22	3	UNIDADE	BIOMBO RESUMO: Biombo Especificações mínimas: Biombo triplo Dobrável em 3 partes em Pintura em epóxi branca, corpo em aço carbono, possui rodízios, divisórias em tecido Tecido 100% algodão, dimensões: Altura: 177 cm, Comprimento: 173 cm, Largura: 56 cm. Garantia de 90 dias para tecido, rodízios e amarrações e de 12 meses para defeitos de fabricação na parte de aço		616,400	1.849,200
23	2	UNIDADE	MESA GINECOLOGICA RESUMO: Mesa Ginecológica Especificações mínimas: Mesa ginecológica em aço de carbono tubular, acabamento em pintura eletrostática, leito dobrável móvel estofado revestido em courvin, acompanha 01 par de porta coxas de fibra revestido em courvin, 01 par de estribo. Dimensões aproximadas do leito 1,80x0,60x0,70m.		860,220	1.720,440
24	2	UNIDADE	OTOSCÓPIO RESUMO: Otoscópio Simples Especificações mínimas: Otoscópio mínimo de 2.5V lâmpada XENON com transmissão de luz direta, com conexão para pera de insuflação, fácil substituição da lâmpada, possui cabo em metal recartilhado, alimentação por 2 pilhas; acompanha no mínimo 5 espéculos auriculares autoclaváveis (2.5, 3.5, 4.5, 5.5 e 9mm) em estojo macio. Aumento do campo de visão em mínimo em 4 vezes. Garantia de 1 ano pelo fabricante, certificado pela ANVISA.		511,750	1.023,500
25	3	UNIDADE	LANTERNA CLINICA RESUMO: Lanterna Clínica Especificações mínimas: Lanterna Clínica LUZ LED de 3V com vida útil de no mínimo 10.000 horas. Confeccionada em metal leve de alta qualidade, Acionamento através do botão liga/desliga, Possui clip de bolso; Alimentação 2 pilhas AAA . Possui garantia de 6 meses pelo fabricante.		59,700	179,100



ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VLR UNIT.	VLR TOT.
26	3	UNIDADE	NEGATOSCÓPIO  RESUMO: Especificações mínimas:Negatoscópio de parede dois corpos branco com painel translúcido na cor branco leitoso, chave seletora de voltagem 127V/220V, alto brilho e ausência das áreas de sombra, lâmpada fluorescente. Possui chave liga/desliga. Dimensões: 79 x 48 x 10 cm (C x A x L). Material – metal. Garantia: 1 ano.		887,120	2.661,360
27	12	UNIDADE	ESFIGMOMANOMETRO  RESUMO: Esfigmomanômetro Adulto Especificações mínimas: Aparelho de pressão adulto com braçadeira em brim 100% algodão antialérgico com fecho de contato em velcro, manguito de borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade, manômetro aneróide com escala de 0 à 300 mmhg, caixa de metal altamente resistente com presilhas de metal, contendo o nº da portaria do inmetro no visor e o respectivo selo de vistoria no certificado que acompanha o produto, pêra insulfladora de borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade. Acompanha bolsa. Medida do manguito: 12,0 x 22,5 cm. Garantia do fabricante mínimo de 01 ano.		122,620	1.471,440
28	1	UNIDADE	FOTOPOLIMERIZADOR  RESUMO: Especificações mínimas:Fotopolimerizador de Resinas Bivolt automático com frequência de 50 a 60 Hz; Onda de 420 à 480 nm Luz em Led azul mínimo de 3,7v 1400 mA 1250 mw/cm² Possui bateria sem fio podendo ser utilizado com ou sem fio.		761,250	761,250
29	1	UNIDADE	MATERIAL  RESUMO: Mesa Auxiliar Especificações mínimas: Mesa auxiliar com rodízios em aço inoxidável. Dimensões: 40x40x80cm Garantia de 12 meses.		545,440	545,440
30	1	UNIDADE	CADEIRA  RESUMO: Especificações mínimas: Cadeira Odontológica Completa (equipo / sugador / refletor) Comando da Cadeira: Pedal Cabeceira: Articulada Refletor: Multifocal (mais de uma intensidade) Equipo: Tipo Cart ou Acoplado Unidade Auxiliar: 01 sugador Cuba: Porcelana / Cerâmica Seringa Tríplice: Possui Peça Reta: Possui Contra Ângulo:		19.021,180	19.021,180





ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VLR UNIT.	VLR TOT.
			Possui Micro Motor: Possui Caneta de Rotação: Possui Terminais: No mínimo 03			
31	1	UNIDADE	CADEIRA  RESUMO: Especificações mínimas: Cadeira para Coleta de Sangue Material de Confecção: Aço / Ferro Pintado. Braçadeira: Regulável. Com assento estofado em courvin. Dimensões mínimas: Altura 1,14 x Largura 655 x Comprimento 580mm. Peso da cadeira:12 kg.		556,880	556,880
32	2	UNIDADE	ELETROCARDIÓGRAFO  RESUMO: Eletrocardiógrafo Computadorizado Especificações mínimas: Eletrocardiógrafo computadorizado possui software para exame em computador, possui 12 canais de derivações cardíacas com filtros digitais, permite armazenamento de dados, efetua medida dos seguimentos do ECG automaticamente, 01 Cabo de ECG. Possui 01 aparelho de captação e transmissão de dados para o microcomputador ( computador não incluso), aparelho com bateria interna de duração mínima entre 6 a 12 horas de autonomia.		12.747,700	25.495,400
33	1	UNIDADE	APARELHO  RESUMO: Dermatoscópico Especificações mínimas: Dermatoscópico com iluminação LED, temperatura de cor mínima de 4000 K, cor Índice de reprodução> 95, indicador de desempenho da bateria, tempo de operação das baterias de 5 a 10 horas, led com vida útil de até 50.000 horas. O aparelho possui uma cabeça com lâmpada LED, um Cabo a pilha (a pilha não acompanha o item) , acompanha um frasco de Óleo dermatológico 10ml e manual, possui um aumento mínimo de 10x. Garantia de 12 meses, deve possuir registro na ANVISA.		2.583,420	2.583,420
34	3	UNIDADE	APARELHO DE RAIOS-X  RESUMO: Especificações mínimas: Aparelho de Raio X - Odontológico RAIO X ODONTOLÓGICO Instalação: coluna com braço convencional; modo de operação: digital; tensão: mínimo 7MA.		10.830,000	32.490,000



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
RUA CAPITÃO ZENÓBIO DA COSTA,42  
PATY DO ALFERES  
24851060  
saude@patydoalferes.rj.gov.br  
11.297.536/0001-37

**PREGÃO:** 88/2019  
**Processo:** 9477/2018  
**Data:** 25/11/2019 às 11:00  
**Solic. de Compra:** 3510/2019  
**Nº da compra:** 3901/2019

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VLR UNIT.	VLR TOT.
35	1	UNIDADE	OFTALMOSCÓPIO RESUMO: Oftalmoscópio Especificações mínimas: Oftalmoscópio com bateria convencional Com no mínimo de 03 aberturas e 19 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador iluminado. Lâmpada Xenon; Tensão: 2.5V; Alimentação: 2 pilhas AA; Botão Liga/Desliga: Possui; Clip de Bolso: Possui; Comprimento Total: 170cm.		1.119,700	1.119,700
					TOTAL	334.357,280

**OBSERVAÇÕES**

**1 - A proposta deverá :**

- Ser preenchida sem emendas e rasuras
- já incluídas as despesas de fretes, impostos federais, ou estaduais e descontos especiais
- ser datadas e assinadas pelo responsável

**2 - O proponente:**

- Se obrigará, mediante a devolução da Proposta, a cumprir todos os termos nela contida

**3 - Validade da Proposta: 60 dias**

Prazo de Entrega : Prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de recebimento da nota

Local de Entrega : A entrega será no Almoxarifado da Secret

Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação vigente

Em / /2019 \_\_\_\_\_

CNPJ:

Firma Proponente - Assinatura do Responsável



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
 RUA CAPITÃO ZENÓBIO DA COSTA,42  
 PATY DO ALFERES  
 24851060  
 saude@patydoalferes.rj.gov.br  
 11.297.536/0001-37

: 88/2019  
**Processo:** 9477/2018  
**Data:** 25/11/2019 às 11:00  
**Solic. de Compra:** 3510/2019  
**Nº da compra:** 3901/2019

### PROPOSTA DETALHE

A firma mencionada propõe fornecer a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE pelos preços abaixo assinados obedecendo rigorosamente as condições estipuladas no edital de Nº 88/2019.

Dados do Fornecedor

**Firma** :

**Endereço** :

Carimbo CNPJ

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VLR UNIT.	VLR TOT.
1	2	UNIDADE	BIOMBO RESUMO: Biombo Plumbífero  Especificações mínimas: Estrutura: Aço ou Alumínio; Espessura: De 02 MM Tipo: Curvo			
2	3	UNIDADE	CÂMARA FRIA RESUMO: Câmara para Conservação de Imunobiológicos  Especificações mínimas: Temperatura: Entre +2°C e +8°C Circulação de Ar Forçado: Possui Discador de Emergência: Possui Capacidade/Quantidade: De 120 a 300 litros, de 02 a 05 gavetas ou prateleiras Material de Confeção (Gabinete Interno): Aço Inoxidável 304 Sensores Internos: Possui Sistema de Emergência (Bateria/Nobreak) Sistema de Registro de Dados: Possui. Garantia mínima de 12 meses, deve possuir registro na ANVISA .			
3	4	UNIDADE	SELADORA RESUMO: Seladora Especificações mínimas: Tipo/Aplicação: Manual-Pedal/ Grau Cirúrgico Indicada para selar e cortar embalagem de papel grau cirúrgico. Tensor: Bivolt Automático (voltagem 110/220). Área para selagem: 31cm Sistema de aquecimento com resistência blindada. Acionamento manual com guilhotina.			



ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VLR UNIT.	VLR TOT.
4	4	UNIDADE	<p>AUTOCLAVE</p> <p>RESUMO: Autoclave Horizontal de Mesa 25 a 75 litros</p> <p>Especificações mínimas: Autoclave de 25 à 75 Litros formato quadrado tipo mesa 110v, marca reconhecida no mercado, certificada pela ANVISA, garantia mínima de 12 meses. Pannel digital com avisos visuais; vapor excedente liberado por válvula dispensando tubulação para drenagem de água; desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água; tampa com fecho de triplo estágio. Secagem eficiente do material com opção de secagens extras.</p>			
5	3	UNIDADE	<p>DESFIBRILADOR</p> <p>RESUMO: DEA – Desfibrilador Externo Automático</p> <p>Especificações mínimas: Autonomia da Bateria: Até 250 choques Auxílio RCP: Não Possui Acessórios: 01 Eletrodo. O item deve ser certificado pelo INMETRO e possuir Registro do Ministério da Saúde. Possui Memória Interna; Duração da bateria: mínimo de 05 à 6hrs. Intervalo min. entre os disparos: 30 segundos. Garantia: 12 meses. Equipamento bivolt.</p>			
6	4	UNIDADE	<p>ELETCARDIOGRAFO</p> <p>RESUMO: Eletrocardiógrafo Portátil</p> <p>Especificações mínimas: Eletrocardiógrafo Portátil Digital de 12 canais. Realiza impressão própria. Possui comunicação com microcomputadores. 12 derivações automáticas Realiza cópias dos exames. Deve possuir manutenção e alimentação de papel de baixo custo. Bateria Interna: Possui Memória: Possui Tela LCD: Possui Suporte com Rodízios: Não Possui Laudo Interpretativo: Possui Acessórios: 01 Cabo de ECG</p>			



ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VLR UNIT.	VLR TOT.
7	1	UNIDADE	COMPRESSOR RESUMO: Compressor Odontológico Compressor Odontológico Silencioso 9PCM 29 Litros CSD 9/30 silencioso  Especificações mínimas:  Isento de óleo:sim - Tensão: 127/220V - Pressão de operação entre 5,3 e 8,5 - Unidade compressora com 1 estágio e 2 pistões Capacidade mínima do motor: 1,5HP / 1,12kW Possui 4 polos Volume do reservatório: 29L			
8	2	UNIDADE	DESTILADOR RESUMO: Destilador de Água  Especificações mínimas: Capacidade: até 5 litros /hora: Caldeira em latão com banho de estanho virgem para a não contaminação da água; Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, em aço inox 304 e materiais inertes; Nível constante de alimentação da caldeira; Contador para segurança, sistema automático que desliga o sensor na falta de água. Alimentação bivolt.			
9	2	UNIDADE	APARELHO RESUMO: Ultrassom Odontológico  Especificações mínimas: ULTRASSON COM JATO BICARBONATO Caneta/transdutor do ultrassom autoclavável: possui; Modo de operação: digital.			
10	2	UNIDADE	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE RESUMO: Jato de Bicarbonato  Especificações mínimas: Base para Estabilidade: não possui; Filtro de Ar com Drenagem: Não Possui; Pressão de entrada de ar de 60 PSI a 80 PSI Alimentação bivolt Frequência 50/60hz Fusível 110/220v Potência mínima 60VA			



ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VLR UNIT.	VLR TOT.
11	3	UNIDADE	MOCHO RESUMO: MOCHO  Especificações mínimas: Mocho Giratório com encosto e regulagem de altura a gás e de fácil assepsia, permite ajuste anatômico. Estofado em Courvim. Garantia de 12 meses. Altura Máxima do Assento ao piso: 50 a 62 cm Altura Mínima do Assento ao piso: 40 a 52 cm Material de Confeção: Aço / Ferro Pintado Encosto: possui			
12	1	UNIDADE	BOMBA A VACUO RESUMO: Bomba de Vácuo  Especificações mínimas: Bomba de Vácuo até 2HP/CV Potência / Vácuo: 0,5 HP / 450mmHg			
13	1	UNIDADE	PROJETOR RESUMO: Projetor Multimídia (DataShow) Especificações mínimas: Deve estar em linha de produção, tecnologia LCD, matriz ativa de 12 a 16 milhões de cores, resolução mínima de 1024x768, compatibilidade de 16:9, entradas VGA, HDMI e USB, luminosidade mínima de 2500 lumens, alto-falante integrado, alimentação automática bi volt, controle remoto, suporta apresentação por pen drive direto no projetor, garantia de 12 meses.			
14	2	UNIDADE	BALDE RESUMO: Balde / Lixeira Especificações mínimas: Lixeira/balde em polipropileno de alta resistência branca, possui tampa com sistema de abertura e fechamento através de pedal e promove a vedação. Dimensões: 32cm X 30cm X 45cm. Capacidade: De 11 litros até 20 litros			
15	7	UNIDADE	BALDE RESUMO: Balde a Pedal Especificações mínimas: Lixeira/balde em polipropileno de alta resistência branca, possui tampa com sistema de abertura e fechamento através de pedal e promove a vedação. Capacidade: De 30 litros até 50 litros.			



ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VLR UNIT.	VLR TOT.
16	1	UNIDADE	REANIMADOR RESUMO: Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) Especificações mínimas: Reanimador Pulmonar balão em silicone translúcido autoclavável, modelo adulto com capacidade de 1600ml de volume corrente. Válvula superior e inferior, possui reservatório (não autoclavável) de 2500ml, possui extensão plástica 2,0m (Não autoclavável), possui máscara compatível com a faixa etária. Garantia de 3 meses para defeitos de fabricação			
17	1	UNIDADE	REANIMADOR RESUMO: Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu) Especificações mínimas: Reanimador Pulmonar balão em silicone translúcido autoclavável, modelo infantil com capacidade de 500ml de volume corrente. Válvula superior e inferior, possui reservatório (não autoclavável) de 1000ml, possui extensão plástica 2,0m (Não autoclavável), possui máscara compatível com a faixa etária. Garantia de 3 meses para defeitos de fabricação.			
18	2	UNIDADE	FOCO RESUMO: Foco Refletor Ambulatorial Especificações mínimas: Iluminação: LED Foco clínico de exame refletor com haste inox flexível com regulagem de altura (Altura Máxima: 1,35m Altura Mínima: 1,10m), corpo em aço de carbono com pintura eletrostática, possui rodízios, garantia mínima de 06 meses, Bivolt.			
19	3	UNIDADE	DETECTOR FETAL PORTATIL RESUMO: Detector Fetal Portátil Especificações mínimas: Com Transdutor de alta sensibilidade, Alto-falante, Possui Botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático, Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal, Alimentação por 2 pilhas AA de 1,5V, Sensibilidade a partir de 10-12 semanas. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Deve possuir registro na ANVISA.			
20	1	UNIDADE	ESFIGMOMANOMETRO RESUMO: Esfigmomanômetro Obeso Especificações mínimas: Aparelho de pressão obeso com braçadeira em brim 100% algodão antialérgico com fecho de contato em velcro, manguito de borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade, manômetro aneróide com escala de 0 à 300 mmhg, caixa de metal altamente resistente com presilhas de metal, contendo o nº da portaria do inmetro no visor e o respectivo selo de vistoria no certificado que acompanha o produto, përa insulfadora de borracha			



ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VLR UNIT.	VLR TOT.
			vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade. Acompanha bolsa. Medida do manguito: 35 até 51 cm Garantia do fabricante: 3 anos.			
21	2	UNIDADE	MATERIAL RESUMO: Mesa de Exames Especificações mínimas: Acessórios: Suporte para Papel Posição do Leito: Móvel Material de Confecção: Aço Inoxidável			
22	3	UNIDADE	BIOMBO RESUMO: Biombo Especificações mínimas: Biombo triplo Dobrável em 3 partes em Pintura em epóxi branca, corpo em aço carbono, possui rodízios, divisórias em tecido Tecido 100% algodão, dimensões: Altura: 177 cm, Comprimento: 173 cm, Largura: 56 cm. Garantia de 90 dias para tecido, rodízios e amarrações e de 12 meses para defeitos de fabricação na parte de aço			
23	2	UNIDADE	MESA GINECOLOGICA RESUMO: Mesa Ginecológica Especificações mínimas: Mesa ginecológica em aço de carbono tubular, acabamento em pintura eletrostática, leito dobrável móvel estofado revestido em courvin, acompanha 01 par de porta coxas de fibra revestido em courvin, 01 par de estribo. Dimensões aproximadas do leito 1,80x0,60x0,70m.			
24	2	UNIDADE	OTOSCÓPIO RESUMO: Otoscópio Simples Especificações mínimas: Otoscópio mínimo de 2.5V lâmpada XENON com transmissão de luz direta, com conexão para pera de insuflação, fácil substituição da lâmpada, possui cabo em metal recartilhado, alimentação por 2 pilhas; acompanha no mínimo 5 espéculos auriculares autoclaváveis (2.5, 3.5, 4.5, 5.5 e 9mm) em estojo macio. Aumento do campo de visão em mínimo em 4 vezes. Garantia de 1 ano pelo fabricante, certificado pela ANVISA.			
25	3	UNIDADE	LANTERNA CLINICA RESUMO: Lanterna Clínica Especificações mínimas: Lanterna Clínica LUZ LED de 3V com vida útil de no mínimo 10.000 horas. Confeccionada em metal leve de alta qualidade, Acionamento através do botão liga/desliga, Possui clip de bolso; Alimentação 2 pilhas AAA . Possui garantia de 6 meses pelo fabricante.			





ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VLR UNIT.	VLR TOT.
26	3	UNIDADE	<p>NEGATOSCÓPIO</p> <p>RESUMO:</p> <p>Especificações mínimas:Negatoscópio de parede dois corpos branco com painel translúcido na cor branco leitoso, chave seletora de voltagem 127V/220V, alto brilho e ausência das áreas de sombra, lâmpada fluorescente.</p> <p>Possui chave liga/desliga.</p> <p>Dimensões: 79 x 48 x 10 cm (C x A x L).</p> <p>Material – metal.</p> <p>Garantia: 1 ano.</p>			
27	12	UNIDADE	<p>ESFIGMOMANOMETRO</p> <p>RESUMO: Esfigmomanômetro Adulto</p> <p>Especificações mínimas:</p> <p>Aparelho de pressão adulto com braçadeira em brim 100% algodão antialérgico com fecho de contato em velcro, manguito de borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade, manômetro aneróide com escala de 0 à 300 mmhg, caixa de metal altamente resistente com presilhas de metal, contendo o nº da portaria do inmetro no visor e o respectivo selo de vistoria no certificado que acompanha o produto, pêra insulfladora de borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade. Acompanha bolsa. Medida do manguito: 12,0 x 22,5 cm. Garantia do fabricante mínimo de 01 ano.</p>			
28	1	UNIDADE	<p>FOTOPOLIMERIZADOR</p> <p>RESUMO:</p> <p>Especificações mínimas:Fotopolimerizador de Resinas Bivolt automático com frequência de 50 a 60 Hz;</p> <p>Onda de 420 à 480 nm</p> <p>Luz em Led azul mínimo de 3,7v 1400 mA 1250 mw/cm<sup>2</sup></p> <p>Possui bateria sem fio podendo ser utilizado com ou sem fio.</p>			
29	1	UNIDADE	<p>MATERIAL</p> <p>RESUMO: Mesa Auxiliar</p> <p>Especificações mínimas:</p> <p>Mesa auxiliar com rodízios em aço inoxidável.</p> <p>Dimensões: 40x40x80cm</p> <p>Garantia de 12 meses.</p>			
30	1	UNIDADE	<p>CADEIRA</p> <p>RESUMO: Especificações mínimas:</p> <p>Cadeira Odontológica Completa (equipo / sugador / refletor)</p> <p>Comando da Cadeira: Pedal</p> <p>Cabeceira: Articulada</p> <p>Refletor: Multifocal (mais de uma intensidade)</p> <p>Equipo: Tipo Cart ou Acoplado</p> <p>Unidade Auxiliar: 01 sugador</p> <p>Cuba: Porcelana / Cerâmica</p> <p>Seringa Tríplice: Possui</p> <p>Peça Reta: Possui</p> <p>Contra Ângulo:</p>			



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
RUA CAPITÃO ZENÓBIO DA COSTA,42  
PATY DO ALFERES  
24851060  
saude@patydoalferes.rj.gov.br  
11.297.536/0001-37

**PREGÃO:** 88/2019  
**Processo:** 9477/2018  
**Data:** 25/11/2019 às 11:00  
**Solic. de Compra:** 3510/2019  
**Nº da compra:** 3901/2019

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VLR UNIT.	VLR TOT.
			Possui Micro Motor: Possui Caneta de Rotação: Possui Terminais: No mínimo 03			
31	1	UNIDADE	CADEIRA  RESUMO: Especificações mínimas: Cadeira para Coleta de Sangue Material de Confecção: Aço / Ferro Pintado. Braçadeira: Regulável. Com assento estofado em courvin. Dimensões mínimas: Altura 1,14 x Largura 655 x Comprimento 580mm. Peso da cadeira:12 kg.			
32	2	UNIDADE	ELETROCARDIÓGRAFO  RESUMO: Eletrocardiógrafo Computadorizado Especificações mínimas: Eletrocardiógrafo computadorizado possui software para exame em computador, possui 12 canais de derivações cardíacas com filtros digitais, permite armazenamento de dados, efetua medida dos seguimentos do ECG automaticamente, 01 Cabo de ECG. Possui 01 aparelho de captação e transmissão de dados para o microcomputador ( computador não incluso), aparelho com bateria interna de duração mínima entre 6 a 12 horas de autonomia.			
33	1	UNIDADE	APARELHO  RESUMO: Dermatoscópico Especificações mínimas: Dermatoscópico com iluminação LED, temperatura de cor mínima de 4000 K, cor Índice de reprodução> 95, indicador de desempenho da bateria, tempo de operação das baterias de 5 a 10 horas, led com vida útil de até 50.000 horas. O aparelho possui uma cabeça com lâmpada LED, um Cabo a pilha (a pilha não acompanha o item) , acompanha um frasco de Óleo dermatológico 10ml e manual, possui um aumento mínimo de 10x. Garantia de 12 meses, deve possuir registro na ANVISA.			
34	3	UNIDADE	APARELHO DE RAIOS-X  RESUMO: Especificações mínimas: Aparelho de Raio X - Odontológico RAIO X ODONTOLÓGICO Instalação: coluna com braço convencional; modo de operação: digital; tensão: mínimo 7MA.			



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
RUA CAPITÃO ZENÓBIO DA COSTA,42  
PATY DO ALFERES  
24851060  
saude@patydoalferes.rj.gov.br  
11.297.536/0001-37

**PREGÃO:** 88/2019  
**Processo:** 9477/2018  
**Data:** 25/11/2019 às 11:00  
**Solic. de Compra:** 3510/2019  
**Nº da compra:** 3901/2019

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VLR UNIT.	VLR TOT.
35	1	UNIDADE	OFTALMOSCÓPIO RESUMO: Oftalmoscópio Especificações mínimas: Oftalmoscópio com bateria convencional Com no mínimo de 03 aberturas e 19 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador iluminado. Lâmpada Xenon; Tensão: 2.5V; Alimentação: 2 pilhas AA; Botão Liga/Desliga: Possui; Clip de Bolso: Possui; Comprimento Total: 170cm.			
					TOTAL	0,000

**OBSERVAÇÕES**

**1 - A proposta deverá :**

- Ser preenchida sem emendas e rasuras
- já incluídas as despesas de fretes, impostos federais, ou estaduais e descontos especiais
- ser datadas e assinadas pelo responsável

**2 - O proponente:**

- Se obrigará, mediante a devolução da Proposta, a cumprir todos os termos nela contida

**3 - Validade da Proposta: 60 dias**

Prazo de Entrega : Prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de recebimento da nota

Local de Entrega : A entrega será no Almoxarifado da Secret

Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação vigente

Em / /2019 \_\_\_\_\_

CNPJ:

Firma Proponente - Assinatura do Responsável