



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2025 – PROCESSO 7249/2025

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DE USO GERAL E CORRELATOS.

Assunto: Pedido de Esclarecimento

Requerente: Especifarma.

ESCLARECIMENTO:

Verificado o pedido de esclarecimento formulado, encaminhado para a Secretaria Requisitante de modo a elucidar a dúvida formulada, prazo de 24 horas.


Paty do Alferes, 06 de outubro de 2025

Vitor Luiz Silveira Santos
Agente de Limpeza
Mat. 2138/01

Vitor Luiz Silveira Santos

Agente de Contratação

Matrícula 2138/01



Assunto: ESCLARECIMENTO - PE 55/2025

Bom dia.

Prezados,

Conforme orientação da nossa Enfermeira, gostaríamos de solicitar esclarecimentos dos itens abaixo.


Item 95 e 96: Qual o modelo do fio que não está especificado?

Item 97: Qual é a curvatura da agulha?

Ficamos no aguardo de um retorno.

Obrigada.

At.te,



Re: ESCLARECIMENTO - PE 55/2025

De : SMS - PMPA <saude@patydoalferes.rj.gov.br> seg., 06 de out. de 2025 12:03

Assunto : Re: ESCLARECIMENTO - PE 55/2025

Para : Dilicon <dilicon@patydoalferes.rj.gov.br>

Paty do Alferes 06/10/2025

Prezados Bom dia,

itens 95/96 e do edital publicado em (<https://patydoalferes.rj.gov.br/wp-content/uploads/2010/09/SRP-Pregao-Eletronico-055.25-Aquisicao-de-materiais-medico-hospitalares-e-correlatos.pdf>): fio de sutura tipo absorvível disponível, no mercado catgut ou Poliglactina contando que o material seja do tipo absorvível.

Item 97: Para Uso Ginecológico. Tamanho Da Agulha: 3.0 Cm. Curvatura: $\frac{3}{8}$. Ponta: Cilíndrica. Diâmetro Do Fio: 0. Comprimento: 75 Cm . Caixa Com 24 Unidades. - o erro na descrição se deve aos caracteres por erro do sistema - esta é a descrição solicitada. (descrição na pag 61 do edital)

att

Amelia M Fumian
mat 147901

De: "Dilicon" <dilicon@patydoalferes.rj.gov.br>

Para: "fundo_saude" <fundo_saude@patydoalferes.rj.gov.br>, "saude" <saude@patydoalferes.rj.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 6 de outubro de 2025 11:34:49

Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTO - PE 55/2025

Prezados,

Encaminhado pedido de esclarecimento a ser respondido em 24 horas.

Atenciosamente,

Divisão de Licitações e Contratos da Prefeitura de Paty do Alferes/RJ

De: "Ana Beatriz" <lic@especificarma.com.br>

Para: "Ana Beatriz" <cot.lic@especificarma.com.br>

Cc: dilicon@patydoalferes.rj.gov.br

Enviadas: Segunda-feira, 6 de outubro de 2025 11:27:22

Re: ESCLARECIMENTO - PE 55/2025

De : Dilicon - PMPA
<dilicon@patydoalferes.rj.gov.br>

seg., 06 de out. de 2025 13:46

📎 3 anexos

Assunto : Re: ESCLARECIMENTO - PE 55/2025

Para : Ana Beatriz <lic@especificarma.com.br>

Prezados,

Encaminhado resposta ao pedido de esclarecimento realizado.



De : "Ana Beatriz" <lic@especificarma.com.br>

Para : "Ana Beatriz" <cot.lic@especificarma.com.br>

Cc : dilicon@patydoalferes.rj.gov.br

Enviadas : Segunda-feira, 6 de outubro de 2025 11:27:22

Assunto : ESCLARECIMENTO - PE 55/2025

Bom dia.

Prezados,

Conforme orientação da nossa Enfermeira, gostaríamos de solicitar esclarecimentos dos itens abaixo.

Item 95 e 96: Qual o modelo do fio que não está especificado?

Item 97: Qual é a curvatura da agulha?

Ficamos no aguardo de um retorno.